

Oggetto	Procedura aperta finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro della durata di 4 anni, senza rilancio competitivo, con un unico Operatore Economico per l'acquisto di occhiali chirurgici con telescopi ingranditori e fonti luminose per le necessità delle Aziende Sanitarie AVEC.			
Registro di Sistema Bando	PI354535-26			
Registro di Sistema Quesito	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta	Allegato
PI370334-26	Spett.le Stazione Appaltante, qualora una delle voci presente in offerta risultasse non conforme alle caratteristiche tecniche minime, viene esclusa la singola voce o l'intera offerta proposta?	PI376002-26	Spett. ditta,qualora anche una sola delle voci presenti nell'offerta risultasse non conforme ai requisiti tecnici minimi richiesti dalla documentazione di gara, l'intera offerta sarà considerata non conforme e pertanto non idonea ai fini della valutazione.Distinti saluti	
PI369061-26	Buongiorno, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti: 1- Si chiede di chiarire se è richiesto l'invio della campionatura entro il termine di presentazione delle offerte. Nel disciplinare di gara non viene menzionata la presentazione di campionatura, tuttavia appare tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sotto la voce "Valutazione Campionatura". Si chiede pertanto se la campionatura verrà richiesta in fase SUCCESSIVA dalla Commissione Giudicatrice o se è da inviare entro i termini di presentazione delle offerte. 2- Non trovando chiarezza nella risposta fornita al chiarimento precedente, chiediamo cortesemente di indicare se al paragrafo 17 punto 2) del Disciplinare venga richiesta un'offerta economica su carta intestata dell'Operatore Economico nonostante siano già richiesti ed indicati tutti i componenti ed i singoli prezzi nell'Allegato E offerta economica (la compilazione di tale allegato prevede l'indicazione di tutti i REF proposti ed i relativi prezzi). Inoltre si specifica che, qualora predisponessimo anche un'offerta su carta intestata (o una dichiarazione come indicato nel vostro chiarimento precedente), in aggiunta all'Allegato E di Offerta Economica, sulla piattaforma non è presente un campo aggiuntivo predisposto per l'inserimento di questo ulteriore file. Grazie anticipatamente, cordiali saluti.	PI375998-26	Spett. ditta, Quanto al primo quesito si precisa che non è richiesto l'invio della campionatura entro il termine di presentazione delle offerte.Il calendario delle prove verrà definito dall'Azienda Sanitaria e comunicato alle ditte conformi con un preavviso di almeno 7 giorni solari.Nella comunicazione verranno indicate le modalità di presentazione dei dispositivi. Quanto al secondo quesito si ritiene sufficiente la risposta al chiarimento precedente, tuttavia per maggiore chiarezza si rappresenta che:- la busta economica del Portale contiene uno slot in cui la ditta potrà caricare l'Allegato E "offerta economica"; di per sé ciò varrebbe a presentare un'offerta nominativa, essendo il file sottoscritto digitalmente dall'OE;- tale file potrà tuttavia anche essere integrato con l'intestazione della ditta offerente o accompagnato da un ulteriore file su carta intestata in cui si riporta la struttura e il dettaglio dell'allegato E (in tal caso lo slot di cui sopra potrà ospitare più di un file opportunamente compressi in formato zip). Distinti saluti	
PI367656-26	Con riferimento alle caratteristiche tecniche richieste per gli occhiali chirurgici ingranditori, si chiedono cortesemente chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: 1. Ingrandimenti telescopi In relazione al requisito: si chiede di chiarire se l'operatore economico debba offrire almeno un dispositivo per ciascuna tipologia di telescopio (galileiano e prismatico) con uno degli ingrandimenti indicati tra quelli richiesti, oppure se, a pena di esclusione, debba garantire la disponibilità di tutti gli ingrandimenti elencati per ciascuna tipologia di telescopio. 2. Intensità luminosa della fonte luminosa Con riferimento al requisito relativo all'intensità luminosa della fonte luminosa (= 40.000 lux), si chiede di chiarire se il valore indicato debba intendersi come intensità luminosa massima erogabile dal dispositivo oppure se debba essere garantito in una specifica configurazione di utilizzo. 3. Caratteristica "carotatura delle lenti portanti" Con riferimento alla caratteristica si chiede di fornire maggiori informazioni in merito alla funzionalità richiesta e alle modalità con cui tale caratteristica verrà valutata. Si ringrazia anticipatamente per i chiarimenti forniti.	PI375995-26	Di seguito le risposte per punti: 1. Ingrandimenti telescopiL'OE dovrà garantire la disponibilità a catalogo di tutti gli ingrandimenti richiesti per ciascuna tipologia di telescopio, come indicato nelle caratteristiche di minima dell'allegato A – Caratteristiche tecniche e nell'allegato A1 – Questionario tecnico. L'offerta economica dovrà prevedere il costo di tutte le voci elencate nell'Allegato E – Offerta economica: per la sezione 1 (PREZZO SISTEMI) un solo dispositivo per ciascuna tipologia, per la sezione 2 (PREZZO REVISIONI) la quotazione delle singole revisioni. 2. Intensità luminosa della fonte luminosaLa fonte luminosa offerta dovrà garantire una intensità luminosa massima erogabile di almeno 40.000 lux, come indicato nelle specifiche tecniche di minima. 3. Caratteristica "carotatura delle lenti portanti"Per carotatura delle lenti portanti si intende una lavorazione personalizzata della lente portante, consistente nella realizzazione di una sede o apertura opportunamente sagomata, che consenta di posizionare il telescopio il più vicino possibile all'occhio dell'utilizzatore, riducendo la distanza tra l'occhio e l'oculare e favorendo in tal modo l'ottimizzazione del campo visivo, del comfort e delle prestazioni ottiche del sistema telescopico. Il criterio previsto per la valutazione è tabellare. Si precisa che tale caratteristica non è a pena esclusione. Distinti saluti	
PI364613-26	Precisazione in merito alla formula per l'attribuzione dei 5 punti destinati alla voce "costo revisioni"	PI368350-26	A seguito di successiva analisi della documentazione di gara, la Stazione Appaltante ha riscontrato un refuso al punto 18.3 del Disciplinare di gara in merito al riferimento della formula del costo revisione. In luogo di :COSTO REVISIONE (sezione 2), massimo PUNTI 5 (PEass_max=5): per costo dell'assistenza tecnica post-garanzia si intende il costo complessivo del servizio dato dal costo annuo per un numero di anni pari a (8 - durata garanzia) indicato dalla ditta nell'Allegato E - Sezione 2. DEVE LEGGERSI COSTO REVISIONE (Sezione 2), massimo PUNTI 5 (PEm_max=5): per costo revisione deve intendersi la somma di tutti i prezzi delle voci indicate nella Sezione 2 dell'Allegato E scheda offerta economica Pertanto ogni riferimento al "prezzo per il servizio di assistenza" deve invece intendersi quale "prezzo per il costo di revisione".	
PI362919-26	Buongiorno, la presente per formulare le seguenti richieste di chiarimento: 1- Si chiede di indicare precisamente cosa si debba inserire nel riquadro "costo revisione", di cui la piattaforma richiede obbligatoriamente la compilazione nel pannello tabella prodotti. E' stabilito un importo fisso in percentuale da calcolare sull'importo offerto? Altrimenti chiediamo come si debba calcolare tale importo. 2- Si chiede conferma che al punto n.2 del paragrafo 17 del Disciplinare di Gara (Off. Economica) si faccia riferimento alla scheda di offerta generata dalla piattaforma, e non ad un'offerta economica su carta intestata dell'Operatore Economico in quanto non sarebbe presente un apposito riquadro in cui inserire un'offerta su carta intestata dell'O.E. in piattaforma. Si chiede pertanto conferma che al punto 2. ci si riferisca alla scheda di offerta generata dal sistema. 3- L' allegato E offerta economica riporta una base d'asta totale (sezione 1+sezione 2) pari a € 15.000. Si chiede conferma che si tratti di un refuso e che l'importo della sezione 1+sezione 2 non debba essere superiore alla base d'asta di €800.000,00 indicata sul Disciplinare. Grazie, cordiali saluti.	PI368348-26	1) Nel riquadro "costo revisione" la ditta, come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara, deve riprodurre il costo complessivo delle voci previste nella sezione 2 dell'Allegato E scheda offerta economica; 2) Il punto 2 del paragrafo 17 del disciplinare prevede, se contemplato dalla ditta, la presentazione di un offerta dettagliata laddove siano indicati tutti i componenti e la configurazione offerta. Se non contemplato, la ditta può allegare una dichiarazione in tal senso; 3) La presente procedura di gara è finalizzata alla stipula, con un singolo operatore economico, di un accordo quadro della durata di 4 anni per una valore massimo spendibile pari a € 800.000,00 . Al presente accordo quadro potranno aderire tutte le Aziende Sanitarie AVEC per l'acquisizione dei sistemi oggetto della gara tutte le volte che se ne ravvisasse la necessità. Quanto indicato nell'allegato E scheda offerta economica (sezione 1 + sezione 2) NON può superare, per le quantità previste in ogni singola voce, l'importo di € 15.000,00, pena l'esclusione dalla gara. Come dettagliatamente previsto dal Disciplinare di gara il totale della sezione 1 e il totale della sezione 2 saranno utilizzati per l'attribuzione del punteggio economico.	
PI357618-26	Gent.mi, con la presente si chiede una proroga di almeno 14 gg lavorativi poiché, essendo il termine di presentazione dell'offerta a ridosso di giorni rossi da calendario, ci troviamo impossibilitati a rispondere nei termini indicati. Certi di vs comprensione, si porgono distinti saluti.	PI358865-26	Spett. ditta,nel caso di specie non sussistono i requisiti richiesti dal Codice per dare esito ad una proroga dei tempi di gara.La scrivente stazione appaltante, pur comprendendo le potenziali difficoltà derivanti dal periodo di ferie, esprime l'urgenza che riveste l'approvvigionamento delle forniture de quo e, per tal motivo, invita gli OOE a rispondere nei termini indicati a sistema.Distinti saluti	
PI356924-26	Gent.mi, si chiede la quantità di occhiali riciesti. Grazie	PI357408-26	Spett. ditta,l'offerta economica è concepita per quotare il prezzo unitario di 3 diverse tipologie di beni.Nell'ambito dei 4 anni è ipotizzabile che l'intera base d'asta, pari a 800.000,00, venga utilizzata per acquistare i suddetti beni ma, ad oggi, non si possono prevedere esattamente le quantità richieste, nè le tempistiche degli ordini.Distinti saluti	