

## ALLEGATO 3 PARAMETRI E PUNTEGGI QUALITA'

| N.LOTTO | DESCRIZIONE LOTTO   | PARAMETRI QUALITA'   | PUNTI MAX | T= tabellare<br>D=discrezionale Q= quantitativo |
|---------|---|--|-----------|---|
| 1       | CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER CATARATTA <u>AUSLBO</u>                       | Qualità del taglio dei bisturi 22.5°   | 20        | D   |
|         |   | Qualità del taglio dei bisturi 2.2 mm  | 20        | D   |
|         |   | Adesività del telo copri occhio  | 10        | D   |
|         |   | Facilità di apertura del Custom Pack e disposizione ordinata degli elementi                                  | 10        | D   |
|         |   | Tenuta delle sacche del telo oftalmico   | 10        | D   |
| 2       | CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER INIEZIONE INTRAVITREALE <u>AUSLBO</u>         | Qualità, tenuta e facilità d'utilizzo del blefarostato   | 15        | D   |
|         |   | Praticità e rifinitura del marcatore   | 15        | D   |
|         |   | Qualità dei bastoncini in cotone   | 15        | D   |
|         |   | Adesività del telo copri occhio  | 10        | D   |
|         |   | Facilità di apertura del Custom Pack e disposizione ordinata dei componenti                                  | 10        | D   |
| 3       | CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER INIEZIONE INTRAVITREALE <u>IRCCS AOUBO</u>    | Tenuta delle sacche del telo oftalmico   | 5         | D   |
|         |   | Qualità, tenuta e facilità d'utilizzo del blefarostato   | 15        | D   |
|         |   | Praticità e rifinitura del marcitore   | 15        | D   |
|         |   | Qualità dei bastoncini in cotone   | 15        | D   |
|         |   | Adesività del telo copri occhio  | 10        | D   |
| 4       | CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER CATARATTA <u>AOufe E AUSLFE</u>               | Facilità di apertura del Custom Pack e disposizione ordinata dei componenti                                  | 10        | D   |
|         |   | Funzionalità e applicabilità del coprimanipolo   | 5         | D   |
|         |   | Qualità complessiva dei bisturi, qualità e capacità di taglio  | 25        | D   |
|         |   | Qualità del confezionamento del pack e facilità di apertura  | 12        | D   |
|         |   | Praticità, efficacia ed intuitività dei sistemi di sicurezza dei bisturi                                     | 10        | D   |
| 5       | CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER INIEZIONE INTRAVITREALE <u>AOufe E AUSLFE</u> | Qualità del telo oftalmico, attaccatura delle sacche, corretta adesività, consistenza del film per incisione | 10        | D   |
|         |   | Ergonomia, presa e rifinitura dei manici dei bisturi   | 5         | D   |
|         |   | Praticità d'uso, qualità, rifinitura e confezionamento della cannula da idrodissezione e di rycroft          | 5         | D   |
|         |   | Qualità e assorbienza delle lancette assorbenti  | 3         | D   |
|         |   | Qualità, tenuta e facilità d'utilizzo del blefarostato   | 20        | D   |
|         |   | Praticità e rifinitura del marcatore sclerale  | 20        | D   |
|         |   | Qualità del telo oftalmico   | 20        | D   |
|         |   | Qualità e assorbienza degli asciughini a sigaretta   | 7         | D   |
|         |   | Qualità del confezionamento del pack e facilità di apertura  | 3         | D   |