

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI CUSTOM PACK PER OCULISTICA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE IN AVEC (AUSLBO, IRCCS AOUFO, AUSLFE, AOUFE)	
ALLEGATO 3 PARAMETRI E PUNTEGGI QUALITÀ - REV. 1	

N.LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	PARAMETRI QUALITÀ'	PUNTI MAX	T= tabellare D=discrezionale Q=quantitativo
1	CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER CATARATTA <u>AUSLBO</u>	Qualità del taglio del bisturi 22.5°	20	D
		Qualità del taglio del bisturi 2.2 mm	20	D
		Adesività del telo copri occhio	10	D
		Facilità di apertura del Custom Pack e disposizione ordinata degli elementi	10	D
		Tenuta delle sacche del telo oftalmico	10	D
2	CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER INIEZIONE INTRAVITREALE <u>AUSLBO</u>	Qualità, tenuta e facilità d'utilizzo del blefarostato	15	D
		Praticità e rifinitura del marcatore	15	D
		Qualità dei bastoncini in cotone	15	D
		Adesività del telo copri occhio	10	D
		Facilità di apertura del Custom Pack e disposizione ordinata dei componenti	15	D
3	CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER INIEZIONE INTRAVITREALE <u>IRCCS AOUFO</u>	Qualità, tenuta e facilità d'utilizzo del blefarostato	15	D
		Praticità e rifinitura del marcatore	15	D
		Qualità dei bastoncini in cotone	15	D
		Adesività del telo copri occhio	10	D
		Facilità di apertura del Custom Pack e disposizione ordinata dei componenti	10	D
		Funzionalità e applicabilità del coprimanipolo	5	D
4	CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER CATARATTA <u>AOUFE E AUSLFE</u>	Qualità complessiva dei bisturi, qualità e capacità di taglio	25	D
		Qualità del confezionamento del pack e facilità di apertura	12	D
		Praticità, efficacia ed intuitività dei sistemi di sicurezza dei bisturi	10	D
		Qualità del telo oftalmico, attaccatura delle sacche, corretta adesività, consistenza del film per incisione	10	D
		Ergonomia, presa e rifinitura dei manici dei bisturi	5	D
		Praticità d'uso, qualità, rifinitura e confezionamento della cannula da idrodissezione e di rycroft	5	D
5	CUSTOM PACK STERILE MONOUSO PER INIEZIONE INTRAVITREALE <u>AOUFE E AUSLFE</u>	Qualità e assorbenza delle lancette assorbenti	3	D
		Qualità, tenuta e facilità d'utilizzo del blefarostato	20	D
		Praticità e rifinitura del marcatore sclerale	20	D
		Qualità del telo oftalmico	20	D
		Qualità e assorbenza degli asciughini a sigaretta	7	D
		Qualità del confezionamento del pack e facilità di apertura	3	D