



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore SBS

ALLEGATO CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE, ESPANSORI MAMMARI E TISSUTALI, MATRICI PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE IN AVEC:

- AUSL BOLOGNA
- AOU BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA- MALPIGHI
- AOU FERRARA
- AUSL IMOLA

LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	FABBISOGNI ANNUALI AVEC	FABBISOGNI TRIENNALI AVEC
1	0	Protesi mammarie anatomiche sterili con microtesturizzazione a base ovoidale, in un unico gel di silicone nel medesimo involucro			
1	1	Protesi mammarie anatomiche sterili con micro - testurizzazione a base ovoidale, in un unico gel di silicone nel medesimo involucro.	Ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa. Microtesturizzazione secondo norma EN ISO 14607:2024	740	2220
1	2	Sizer (Protesi di prova) sterile e sterilizzabile per la voce 1		740	2220
2	0	Protesi mammarie anatomiche sterili con microtesturizzazione in un unico gel di silicone nel medesimo elastomero			
2	1	Protesi mammarie anatomiche sterili con micro - testurizzazione, in un unico gel di silicone nello stesso elastomero.	Presenza di repere per il corretto posizionamento dell'impianto, con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa. Microtesturizzazione secondo norma EN ISO 14607:2024	500	1500

2	2	Sizer (Protesi di prova) sterile e risterilizzabile per la voce 1		500	1500
3	0	Protesi mammarie anatomiche e rotonde, sterili, rivestite di poliuretano			
3	1	Protesi mammarie anatomiche, sterili, rivestite di poliuretano.	Ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa	340	1020
3	2	Protesi mammarie rotonde, sterili, rivestite di poliuretano.	Ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa.	70	210
3	3	Sizer (Protesi di prova) sterile e risterilizzabile per le voci 1 e 2		410	1230
4	0	Protesi mammarie rotonde sterili con microtesturizzazione in un unico gel di silicone nello stesso elastomero			
4	1	Protesi mammarie rotonde sterili con micro - testurizzazione in un unico gel di silicone nello stesso elastomero.	Ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa. Microtesturizzazione secondo norma EN ISO 14607:2024	200	600
4	2	Sizer (Protesi di prova) sterile e risterilizzabile per la voce 1		180	540
5	0	Espansore mammario sterile microtesturizzato	Forma anatomica con possibilità di diversa proiezione, altezza, larghezza, forma, volume. Monovalvola di riempimento magnetica integrata facilmente reperibile. Microtesturizzazione secondo norma EN ISO 14607:2024.	410	1230
6	0	Espansore mammario e protesi in unico dispositivo	Disponibilità di varie forme e misure	45	135
7	0	Espansore tissutale sterile in silicone a base rigida	Dotato di valvola remota e disponibile in varie forme e misure.	70	210

8	0	Espansore tissutale sterile in silicone a base morbida	Dotato di valvola remota e disponibile in varie forme e misure.	70	210
9	0	Matrice di collagene sterile in derma eterologo (ricostruzione mammaria prepettorale)	biocompatibile e anallergica non crosslinked, disponibile in diverse misure, per ricostruzione mammaria prepettorale che consenta l'avvolgimento della protesi mammaria/espansore.	250	750
10	0	Matrice sintetica sterile	biocompatibile per la ricostruzione mammaria che consenta l'avvolgimento della protesi mammaria.	45	135
11	0	Matrice di collagene sterile in derma eterologo (copertura del polo inferiore)	biocompatibile e anallergica, di forma anatomica, non crosslinked per la copertura del polo inferiore nella ricostruzione mammaria parzialmente retro-muscolare.	90	270
12	0	Protesi per la ricostruzione del complesso areola/capezzolo	in struttura nichel-titanio e silicone e che consenta una stabilità del risultato.	120	360