

Allegato D - PARAMETRI DI VALUTAZIONE

GARA

EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI EMOSTATICI, ADESIVI E SIGILLANTI CHIRURGICI - AVEC-AVEN-ROMAGNA

LOTTO	PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO x parametro		sub punteggi	TIPO PUNTEGGIO
1	Emostatico a base di gelatina animale e trombina umana				
	Esclusione di indicazioni nell'impiego nelle diverse chirurgie previste dal fabbricante	20	nessuna	20	T
			<=2	15	
			> 2	0	
	Temperatura di stoccaggio	20	tra 2° e 25°	20	T
			<2°	10	
	Tempo di riassorbimento	10	< 8 settimane	10	T
			>=8 settimane	5	
	Modalità di somministrazione	10	>=2 modalità	10	T
			< 2 modalità	5	
	Letteratura scientifica a supporto dei criteri sopra indicati: impiego nelle diverse chirurgie; temperatura stoccaggio, tempo di riassorbimento;	9			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si	1	T
			no	0	
		70			
2	Emostatico a base di cellulosa ossidata, bioassorbibile, disponibilità di almeno 4 formati diversi				
	Tempo di emostasi	15	<=3 minuti	15	T
			>3<5 minuti	5	
			>=5 minuti	2	
	Tempo di riassorbimento	10	<=15 giorni	10	T
			>15 giorni	5	
	Possibilità di essere tagliata e suturata	10	si	10	T
			no	0	
	Capacità batteriostatica	5	si	5	T
			no	0	
	A seguito prova della campionatura Adattabilità al sito chirurgico	10			D
	A seguito prova della campionatura Non adesività a guanti / ferri chirurgici/ strumentario	10			D
	Letteratura scientifica a supporto dei criteri sopra indicati: tempo di emostasi, tempo di riassorbimento e capacità batteriostatica	9			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si	1	T
			no	0	
		70			
3	Emostatico assorbibile a base di cellulosa ossidata a struttura non tessuta microfibrillare compatta per l'impiego nella chirurgia mini-invasiva				
	Tempo di emostasi	15	<=3 minuti	15	T
			>3<5 minuti	5	
			>=5 minuti	2	
	Tempo di riassorbimento	10	<=15 giorni	10	T
			>15 giorni	5	
	A seguito prova della campionatura Possibilità di essere tagliata ed esfoliata	10			D
	A seguito prova della campionatura Adattabilità al sito chirurgico	10			D
	A seguito prova della campionatura Non adesività a guanti / ferri chirurgici/ strumentario	10			D
	Capacità batteriostatica	5	si	5	T
			no	0	
	Letteratura scientifica a supporto dei criteri sopra indicati: tempo di emostasi, tempo di riassorbimento e capacità batteriostatica	9			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si	1	T
			no	0	

		70			
4	Emostatico a base di cellulosa ossidata, bioassorbibile, in forma fibrillare				
	Tempo di emostasi	15	<=3 minuti	15	T
			>3<5 minuti	5	
			>=5 minuti	2	
	Tempo di riassorbimento	10	<=15 giorni	10	T
			>15 giorni	5	
	A seguito prova della campionatura Possibilità di essere tagliata ed esfoliata	10			D
	A seguito prova della campionatura Adattabilità al sito chirurgico	10			D
	A seguito prova della campionatura Non adesività a guanti / ferri chirurgici/ strumentario	10			D
	Capacità batteriostatica	5	si	5	T
			no	0	
	Letteratura scientifica a supporto dei criteri sopra indicati: tempo di emostasi, tempo di riassorbimento e capacità batteriostatica	9			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si	1	T
			no	0	
		70			
5	Spugna di gelatina di origine suina, emostatica riassorbibile, purificata				
	Tempo di emostasi	20	<=10 minuti	20	T
			>10 minuti	10	
			>=5 minuti	5	
	Tempo di riassorbimento	15	< 4 settimane	15	T
			>=4 settimane	5	
	Possibilità di essere tagliata	15	si	15	T
			no	0	
	A seguito prova della campionatura Adattabilità al sito chirurgico	10			D
	Letteratura scientifica a supporto dei criteri sopra indicati: tempo di emostasi, tempo di riassorbimento	9			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si	1	T
			no	0	
		70			
6	Emostatico in polvere a base di gelatina di origine suina, emostatica riassorbibile, purificata, 3 gr				
	Tempo di emostasi	20	<=10 minuti	20	T
			>10 minuti	10	
			>=5 minuti	5	
	Tempo di riassorbimento	20	< 4 settimane	20	T
			>=4 settimane	5	
	Maneggevolezza del sistema di erogazione	20			D
	Letteratura scientifica a supporto dei criteri sopra indicati: tempo di emostasi, tempo di riassorbimento	9			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si	1	T
			no	0	
		70			
	Patch emostatico in cellulosa ossidata rigenerata e PEG privo di componenti di origine animale o umana				
	Tempo di emostasi	15	<=3 minuti	15	T
			>3<5 minuti	5	
			>=5 minuti	2	
	Tempo di riassorbimento	10	<=15 giorni	10	T
			>15 giorni	5	
	Ampiezza di gamma e misure	15	>=5	15	T
			<5	8	

7	A seguito prova della campionatura Adattabilità al sito chirurgico	10			D
	A seguito prova della campionatura Non adesività a guanti / ferri chirurgici/ strumentario	10			D
	Letteratura scientifica a supporto dei criteri sopra indicati: tempo di emostasi, tempo di riassorbimento	9			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si no	1 0	T
		70			
8	Patch emostatico in collagene e PEG				
	Tempo di emostasi	15	<=3 minuti	15	T
			>3<5 minuti	5	
			>=5 minuti	2	
	Tempo di riassorbimento	10	<=15 giorni	10	T
			>15 giorni	5	
	Ampiezza di gamma e misure	15	>=5	15	T
			<5	8	
	A seguito prova della campionatura Adattabilità al sito chirurgico	10			D
	A seguito prova della campionatura Non adesività a guanti / ferri chirurgici/ strumentario	10			D
9	Letteratura scientifica a supporto dei criteri sopra indicati: tempo di emostasi, tempo di riassorbimento	9			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si no	1 0	T
		70			
9	Sigillante in patch riassorbibile idoneo per le perdite aeree (aerostasi) in chirurgia toracica open o mininvasiva				
	Tempo di aerostasi	15	<=3 minuti	15	T
			>3<5 minuti	5	
			>=5 minuti	2	
	Tempo di riassorbimento	10	<=15 giorni	10	T
			>15 giorni	5	
	Ampiezza di gamma e misure	15	>=5	15	T
			<5	8	
	A seguito prova della campionatura Adattabilità al sito chirurgico	10			D
	A seguito prova della campionatura Non adesività a guanti / ferri chirurgici/ strumentario	10			D
10	Letteratura scientifica a supporto dei criteri sopra indicati: tempo di aerostasi, tempo di riassorbimento	9			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si no	1 0	T
		70			
10	Dispositivo endoscopico per emostasi nel sanguinamento non da varici del tratto gastrointestinale superiore. In kit composto da applicatore endoscopico, polvere emostatica ed erogatore spray				
	Tempo di emostasi	20	<=3 minuti	20	T
			>3<5 minuti	8	
			>=5 minuti	2	
	A seguito prova della campionatura Facilità di gestione della sede di sanguinamento	20			D
	A seguito prova della campionatura Semplicità di assemblaggio	20			D
	Letteratura scientifica a supporto del tempo di emostasi	9			D

	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si	1	T
			no	0	
		70			
	Dispositivo per la pleurodesi da applicarsi nella cavità pleurica.				
	Possibilità di applicare sotto forma di sospensione e di polverizzazione	20	si	20	T
			no	0	
	Maneggevolezza dell'applicatore	20			D
	Facilità di apertura del contenitore primario	15			D
	Facilità di assemblaggio durante l'utilizzo	14			D
	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	si	1	T
			no	0	
		70			
12	Dispositivo emostatico in disco di schiuma con polimero idrofilo per il controllo esterno del sanguinamento da rimozione di cateteri ed introductorii/arteriotomie	aggiudicazione al prezzo più basso previa verifica conformità			
13	Sigillante e antiaderenziale di origine sintetica, a base di polimeri di polietilen glicole. Disponibilità vari volumi	aggiudicazione al prezzo più basso previa verifica conformità			
14	Dispositivo per il tamponamento emostatico uterino contenente granuli emostatici applicati su striscia di tessuto	aggiudicazione al prezzo più basso previa verifica conformità			
15	Dispositivo emostatico di contatto adiuvante alla compressione manuale per l'emostasi topica di ferite o lacerazioni sanguinanti; a base di garza non tessuta impregnata di caolino, misure 7,5 cm x 3,7 m	aggiudicazione al prezzo più basso previa verifica conformità			
16	Adesivo cutaneo a base di ciano acrilato con rete adesiva	aggiudicazione al prezzo più basso previa verifica conformità			

* Per il parametro "Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022", nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio solo nel caso in cui tutti i componenti del RTI e tutte le Imprese esecutrici siano in possesso della certificazione indicata