

ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO				
FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIO PER CHEMIO-IPERTERMIA INTRAPERITONEALE (HIPEC)				
1	DATI FORNITORE			
1.1	Produttore (Indicare)			
1.2	Fornitore (Indicare)			
1.3	Modello/Nome commerciale (Indicare)			
1.4	CND (Indicare)			
1.5	Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)			
2	MANUALE D'USO		Versione	
3	Caratteristiche Generali del Sistema		SI/NO	Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (<u>è obbligatorio fornire indicazione pena la non valutazione della caratteristica</u>)
3.1	sistema che consenta di infondere il chemioterapico in sede intra-peritoneale mantenendo la temperatura intra-addominale costante			
3.2	presenza di allarmi acustici e visivi			
3.3	disponibilità di un sistema di alimentazione a batteria (dispositivo UPS) con intervento automatico in caso di black out, in grado di gestire il sistema per almeno 30 minuti			
3.4	memorizzazione dei parametri di trattamento			
3.5	possibilità di stampare report di trattamento			
3.6	sistema con dispositivo di riscaldamento preferibilmente diretto che non necessiti di liquidi esterni			
3.7	possibilità di interrompere momentaneamente la circolazione attraverso il corpo mantenendo attiva la circolazione attraverso il riscaldatore			
4	Caratteristiche display		SI/NO	Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (<u>è obbligatorio fornire indicazione pena la non valutazione della caratteristica</u>)
4.1	Display a colori, touchscreen, di almeno 10"			
4.2	visualizzazione delle informazioni sulle varie fasi del trattamento			
4.3	modalità di visualizzazione dei parametri di trattamento	temperatura		
4.4		volume		
4.5		flussi		
4.6		pressioni		
4.7		tempo di trattamento trascorso e residuo		