

ALLEGATO C - LOTTO 2

Carichi di lavoro annui previsti

Rif.	Pannelli	AOU BO Ematologia	AOU BO Oncoematologia pediatrica	AOU BO Laboratorio Analisi Cornea e Superficie Oculare	AOU BO Immunologia dei trapianti	AOU BO Terapie cellulari Avanzate	AOU BO TOT
		Referti/anno	Referti/anno	Referti/anno	Referti/anno	Referti/anno	Referti/anno
A1	Conteggio delle cellule staminali ematopoietiche CD34+ con vitalità cellulare	0	110	0	0	1.540	1650
		Test / anno	Test / anno	Test / anno	Test / anno	Test / anno	Test / anno
B1	1a Fluorescenza	5.280	330	0	880	220	6.710
B2	2a Fluorescenza	8.525	770	110	770	300	10.475
B3	3a Fluorescenza	8.580	250	110	1.980	440	11.360
B4	4a Fluorescenza	9.020	440	110	0	0	9.570
B5	5a Fluorescenza	7.040	220	0	1.430	1.540	10.230
B6	6a Fluorescenza	2.750	0	0	0	0	2.750
B7	7a Fluorescenza	7.040	220	220	0	1.980	9.460
B8	8a Fluorescenza	7.480	330	0	0	440	8.250
B9	9a Fluorescenza	9.240	440	0	0	440	10.120
B10	>/= 10a Fluorescenza	3.190	110	0	0	220	3.520
B11	1a+2a+3a Fluorescenza	0	0	0	0	220	220
B12	Immunofenotipo linfocitario TBNK (CD45/CD3/CD4/CD8/CD19/CD16/CD56)	0	0	0	0	200	200
B13	Conta linfociti T CD4+ (CD45/CD3/CD4/CD8)	0	0	50	0	50	100
C1	Tubi liofili a 8 fluorescenze	110	120	0	0	150	380

	AOU BO Ematologia	AOU BO Oncoematologia pediatrica	AOU BO Laboratorio Analisi Cornea e Superficie Oculare	AOU BO Immunologia dei trapianti	AOU BO Terapie cellulari Avanzate	AOU BO TOT
Strumentazione minima richiesta						
Stazione analitica citofluorimetrica	2	1	1	1	1	6
Stazioni di lavoro aggiuntive	2	1	0	1	1	5
Software aggiuntivo di analisi avanzata multiparametrica	6	2	0	0	2	10
Sistema di lisi e lavaggio	2	0	0	0	0	2
Stampante a colori	2	1	1	1	1	6
Collegamento al LIS	SI	SI	SI	SI	SI	

Organizzazione dei laboratori	AOU BO Ematologia	AOU BO Oncoematologia pediatrica	AOU BO Laboratorio Analisi Cornea e Superficie Oculare	AOU BO Immunologia dei trapianti	AOU BO Terapia cellulare Avanzate
Giorni lavorativi / settimana	5	5	5	6	5
Orario della attività analitica	8-18	8-18	8-18	8-18	8-18
Frequenza di esecuzione dei controlli di qualità interni (per strumento)	0	Per A1:2/sett. su 2 livelli	0	0	Per A1:1/sett. su 2 livelli
% ripetizioni sul numero di referti per gli esami diagnostici di 1° livello ca	no	no	no	2%	no