

APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE E UBICAZIONE							REQUISITI IMPIANTI		FABBISOGNO	NOTE
AZIENDA	N_INVENTARIO	MATRICOLA	MODELLO_DESCRIZIONE	UBICAZIONE	SEDE	PIANO LOCALE	IMPIANTO ELETTRICO	IMPIANTO IDRICO	CICLI ANNUALI PRESUNTI	
AOU BOLOGNA	137389 - 137388	E1A00122 - E1A00123	SURECLEAN	AMB. ENDO GASTROENTEROLOGIA PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO TERZO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	9350	LAVELLO AUTOMATIZZATO CON <u>DOPPIA VASCA/POMPA</u>
AOU BOLOGNA	137401 - 137402	E1A00125 - E1A00124	SURECLEAN	PIASTRA ENDOSCOPICA 2° PIANO-PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO SECONDO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	12634	LAVELLO AUTOMATIZZATO CON <u>DOPPIA VASCA/POMPA</u>
AUSL BOLOGNA	SIC200915	220841010312 2208410103078	STEECO SPA - EPW 100	OB ENDOSCOPIA DIGESTIVA - COLON UNIT	OSPEDALE BELLARIA	PIANO TERRA	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	3200	vasca doppia
AUSL BOLOGNA	SIC200911	220841010311 2208410103077	STEECO SPA - EPW 100	OB ENDOSCOPIA DIGESTIVA - COLON UNIT	OSPEDALE BELLARIA	PIANO TERRA	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	3200	vasca doppia
AOU FERRARA	H28434	IA00075	MDG ER214	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	AOU FERRARA- VIA ALDO MORO N 8- CONA - FERRARA	PIANO SECONDO- SALA REPROCESSING	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8762	
AOU FERRARA	H28435	IA00076	MDG ER214	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	AOU FERRARA- VIA ALDO MORO N 8- CONA - FERRARA	PIANO SECONDO- SALA REPROCESSING	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8640	
APPARECCHIATURE DA IMPLEMENTARE E UBICAZIONE							REQUISITI IMPIANTI		FABBISOGNO	NOTE
AZIENDA	N_INVENTARIO	MATRICOLA	MODELLO_DESCRIZIONE	UBICAZIONE	SEDE	PIANO LOCALE	IMPIANTO ELETTRICO	IMPIANTO IDRICO	CICLI ANNUALI PRESUNTI	
AUSL IMOLA	NA	NA	LAVELLO AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	GASTROENTEROLOGIA - AMBULATORI	OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA	PIANO TERRA - LAVAGGIO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	9403	
AOU BOLOGNA	NA	NA	LAVELLO AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	PIASTRA ENDOSCOPICA 2° PIANO-PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO SECONDO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	6316	LAVELLO AUTOMATIZZATO CON <u>SINGOLA VASCA/POMPA</u>
AUSL BOLOGNA	NA	NA	LAVELLO/SISTEMA AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	ATTIVITA' AMBULATORIALE DI ENDOSCOPIA	OSPEDALE DI BENTIVOGLIO	PIANO PRIMO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	3200	
AUSL BOLOGNA	NA	NA	LAVELLO/SISTEMA AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	ATTIVITA' AMBULATORIALE DI ENDOSCOPIA	OSPEDALE DI BUDRIO	PIANO SECONDO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	2800	
AUSL BOLOGNA	NA	NA	LAVELLO/SISTEMA AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	ENDOSCOPIA	OSPEDALE DI PORRETTA TERME	PIANO -1	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	1800	
AUSL BOLOGNA	NA	NA	LAVELLO/SISTEMA AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	ATTIVITA' AMBULATORIALE DI ENDOSCOPIA	OSPEDALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	PIANO TERRA	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	2800	
AUSL BOLOGNA	NA	NA	LAVELLO/SISTEMA AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	AMBULATORIO ENDOSCOPIA DIGESTIVA	OSPEDALE DI VERGATO	PIANO PRIMO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	800	
AUSL BOLOGNA	NA	NA	LAVELLO/SISTEMA AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	PIASTRA ENDOSCOPICA (11P ALA CORTA)	OSPEDALE MAGGIORE	11° PIANO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	3800	
AUSL BOLOGNA	NA	NA	LAVELLO/SISTEMA AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	PIASTRA ENDOSCOPICA (11P ALA CORTA)	OSPEDALE MAGGIORE	11° PIANO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	3800	
AUSL BOLOGNA	NA	NA	LAVELLO/SISTEMA AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	PIASTRA ENDOSCOPICA (11P ALA CORTA)	OSPEDALE MAGGIORE	11° PIANO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	3800	
AUSL FERRARA	NA	NA	LAVELLO AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AMBULATORI	OSPEDALE DEL DELTA - VAI VALLE OPPIO,2-44023 LAGOSANTO FERRARA	PIANO TERRA -SALA REPROCESSING	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	3323	
AUSL FERRARA	NA	NA	LAVELLO AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AMBULATORI	OSPEDALE MAZZOLANI VANDINI, VIA NAZIONALE PONENTE,5- 44011 ARGENTA -FERRARA	PIANO SECONDO- SALA REPROCESSING	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	2030	
AUSL FERRARA	NA	NA	LAVELLO AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AMBULATORI	OSPEDALE SS ANNUNZIATA -VIA G. VICINI 2 -CENTO	PIANO PRIMO - VILLA VERDE- LAVAGGIO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	2000	
AOU FERRARA	NA	NA	LAVELLO AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA	ENDOSCOPIA RESPIRATORIA E ORL AMBULATORI	AOU FERRARA- VIA ALDO MORO N 8- CONA - FERRARA	PIANO SECONDO- SALA REPROCESSING	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	5000	

[illegible][illegible]

APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE E UBICAZIONE							REQUISITI IMPIANTI		CAPACITA'	NOTE
AZIENDA	N_INVENTARIO	MATRICOLA	MODELLO_DESCRIZIONE	UBICAZIONE	SEDE	PIANO LOCALE	IMPIANTO ELETTRICO	ARIA COMPRESSA	N. ENDOSCOPI DA STOCCARE	
AUSL IMOLA	75211	AR12063	METALARREDINOX SPA - N07AR054 DISEGNO	GASTROENTEROLOGIA - AMBULATORI	OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA	PIANO TERRA - LAVAGGIO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko	Aria compressa tecnica a 4 bar, da verificare in fase di sopralluogo	8	da implementare un armadio doppio
AUSL IMOLA	75212	AR12064	METALARREDINOX SPA - N07AR054 DISEGNO	GASTROENTEROLOGIA - AMBULATORI	OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA	PIANO TERRA - LAVAGGIO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko	Aria compressa tecnica a 4 bar, da verificare in fase di sopralluogo	8	
AUSL IMOLA	75213	AR12065	METALARREDINOX SPA - N07AR054 DISEGNO	GASTROENTEROLOGIA - AMBULATORI	OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA	PIANO TERRA - LAVAGGIO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko	Aria compressa tecnica a 4 bar, da verificare in fase di sopralluogo	8	da implementare un armadio doppio
AUSL IMOLA	77579	AR14148	METALARREDINOX SPA - N07AR054 DISEGNO	GASTROENTEROLOGIA - AMBULATORI	OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA	PIANO TERRA - LAVAGGIO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko	Aria compressa tecnica a 4 bar, da verificare in fase di sopralluogo	8	
AOU BOLOGNA	137381	CM02895	MEDIVATORS ENDODRY	AMB. ENDO GASTROENTEROLOGIA PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO TERZO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8	di dimensioni ridotte
AOU BOLOGNA	137382	CM02897	MEDIVATORS ENDODRY	AMB. ENDO GASTROENTEROLOGIA PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO TERZO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8	di dimensioni ridotte
AOU BOLOGNA	137383	CM02896	MEDIVATORS ENDODRY	AMB. ENDO GASTROENTEROLOGIA PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO TERZO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8	di dimensioni ridotte
AOU BOLOGNA	137384	CM02896	MEDIVATORS ENDODRY	AMB. ENDO GASTROENTEROLOGIA PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO TERZO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8	di dimensioni ridotte
AOU BOLOGNA	137394	CM02899	MEDIVATORS ENDODRY	PIASTRA ENDOSCOPICA 2" PIANO-PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO SECONDO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8	di dimensioni ridotte
AOU BOLOGNA	137395	CM02901	MEDIVATORS ENDODRY	PIASTRA ENDOSCOPICA 2" PIANO-PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO SECONDO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8	di dimensioni ridotte
AOU BOLOGNA	137396	CM02898	MEDIVATORS ENDODRY	PIASTRA ENDOSCOPICA 2" PIANO-PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO SECONDO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8	di dimensioni ridotte
AOU BOLOGNA	137397	CM02900	MEDIVATORS ENDODRY	PIASTRA ENDOSCOPICA 2" PIANO-PAD.5	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO SECONDO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	8	di dimensioni ridotte
AOU FERRARA	H24428	150-118	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI WASSEBURK	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	AOU FERRARA- VIA ALDO MORO N 8- CON	PIANO SECONDO- SALA REP.	PRESA CEE 220- 16A	ARIA TECNICA	10	da implementare 3
AOU FERRARA	H24429	150-119	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI WASSEBURK	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	AOU FERRARA- VIA ALDO MORO N 8- CON	PIANO SECONDO- SALA REP.	PRESA CEE 220- 16A	ARIA TECNICA	10	armadi doppi per un totale di almeno 48
AOU FERRARA	H24431	150-120	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI WASSEBURK	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	AOU FERRARA- VIA ALDO MORO N 8- CON	PIANO SECONDO- SALA REP.	PRESA CEE 220- 16A	ARIA TECNICA	10	di dimensioni ridotte
AOU FERRARA	H24430	150-098	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI WASSEBURK	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	AOU FERRARA- VIA ALDO MORO N 8- CON	PIANO SECONDO- SALA REP.	PRESA CEE 220- 16A	ARIA TECNICA	10	endoscoopi da stoccare
AOU FERRARA	H29679	2101710IA130	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI ADSIROE1 S	ENDOSCOPIA RESPIRATORIA-ORL	AOU FERRARA- VIA ALDO MORO N 8- CON	PIANO SECONDO- SALA REP.	PRESA CEE 220- 16A	ARIA MEDICALE	8	da implementare un armadio doppio
AOU FERRARA	H29678	2101710IA129	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI ADSIROE1 S	ENDOSCOPIA RESPIRATORIA-ORL	AOU FERRARA- VIA ALDO MORO N 8- CON	PIANO SECONDO- SALA REP.	PRESA CEE 220- 16A	ARIA MEDICALE	8	

APPARECCHIATURE DA IMPLEMENTARE E UBICAZIONE							REQUISITI IMPIANTI		CAPACITA'	NOTE
AZIENDA	N_INVENTARIO	MATRICOLA	MODELLO_DESCRIZIONE	UBICAZIONE	SEDE	PIANO LOCALE	IMPIANTO ELETTRICO	ARIA COMPRESSA	N. ENDOSCOPI DA STOCCARE	
AUSL FERRARA	NA	NA	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	OSPEDALE DEL DELTA - VAI VALLE OPPIO,2-44023 LAGOSANTO FERRARA	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	12	da implementare armadio doppio
AUSL FERRARA	NA	NA	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	OSPEDALE MAZZOLANI VANDINI, VIA NAZIONALE PONENTE,5- 44011 ARGENTA -FERRARA	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	7	da implementare armadio singolo
AUSL FERRARA	NA	NA	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	OSPEDALE SS ANNUNZIATA -VIA G.VICINI 2 -CENTO	PIANO PRIMO- VILLA VERDE- LAVAGGIO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	12	da implementare armadio doppio

APPARECCHIATURE DA IMPLEMENTARE E UBICAZIONE							REQUISITI IMPIANTI		CAPACITA'
AZIENDA	N_INVENTARIO	MATRICOLA	MODELLO_DESCRIZIONE	UBICAZIONE	SEDE	PIANO LOCALE	IMPIANTO ELETTRICO	ARIA COMPRESSA	N. CONFEZIONAMENTI PREVISTI
AOU BOLOGNA	NA	NA	SISTEMI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L'ASCIUGATURA IN TEMPI RIDOTTI E LA CONSERVAZIONE DI ENDOSCOPI	PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA PAD.23	POLICLINICO DI SANT'ORSOLA	PIANO -1	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	2500
AUSL BOLOGNA	NA	NA	SISTEMI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L'ASCIUGATURA IN TEMPI RIDOTTI E LA CONSERVAZIONE DI ENDOSCOPI	PIASTRA ENDOSCOPICA (11P ALA CORTA)	OSPEDALE MAGGIORE	11° PIANO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	4000
AUSL BOLOGNA	NA	NA	SISTEMI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L'ASCIUGATURA IN TEMPI RIDOTTI E LA CONSERVAZIONE DI ENDOSCOPI	PIASTRA ENDOSCOPICA (11P ALA CORTA)	OSPEDALE MAGGIORE	11° PIANO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	4000

	Lavelli automatici con pompe di lavaggio	Lavaendoscopi (n° vasche)	Sistema di tracciabilità	Armadi singoli	Armadi doppi	Armadi singoli di dimensioni ridotte	Sistema di stoccaggio alternativo ad armadio	Carrelli di trasporto
AUSL BOLOGNA	12	24	1				2	2
AOU BOLOGNA	5	14	1			8	1	10
AUSL IMOLA	1	6	1		2			2
AUSL FERRARA	3	6	1	1	2			6
AOU FERRARA	3	12	1		4			10
Totale	24	62	5	1	8	8	3	30

DESCRIZIONE	COSTRUTTORE
VIDEOCOLONSCOPIO	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP
	FUJIFILM CORP
	PENTAX MEDICAL
VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP
	FUJIFILM CORP

	PENTAX MEDICAL
VIDEODUODENOSCOPIO	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP
ECOVIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP
	PENTAX MEDICAL
VIDEOENTEROSCOPIO	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP
SONDA TRANSESOFAGEA	PHILIPS HEALTHCARE
	GE HEALTHCARE
	FUJIFILM SONOSITE INC
FIBROBRONCOSCOPIO FLESSIBILE	PENTAX MEDICAL
VIDEوبرONCOSCOPIO	PENTAX MEDICAL
	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP
ECOVIDEوبرONCOSCOPIO	PENTAX MEDICAL
FIBROSCOPIO ORL OPERATIVO	PENTAX

MODELLO	AUSL IMOLA	AUSL BOLOGNA	AOU BOLOGNA	IOR	AUSL FERRARA	AOU FERRARA
CF-EZ1500DI HDTV DUAL FOCUS EDOF - EVIS	X	X				
CF-EZ1500DL HDTV DUAL FOCUS EDOF - EVIS	X					
PCF-HQ190I	X	X			X	X
PCF-HQ190LS						X
CF-HQ110DIS						X
PCF-H190TI			X			
PCF-H190L		X	X			
CF-HQ190L	X		X			X
CF-HQ190I			X			
PCF-H190I		X				
CF-H190I		X				
CF-H185I		X			X	X
CF-H185L		X			X	X
CF-Q165I					X	
CF-Q180AI		X				
PCF-H180AL		X				
EC-530FI		X				
CF-Q165L		X				
CF-HQ1100D/I HDTV DUAL FOCUS EVIS X1	X		X			
CF-HQ1100D/L HDTV DUAL FOCUS EVIS X1			X			
PCF-PH190L	X		X			
EC-530FI		X				
EC-530FL		X				
EC-720R I		X				
EC-530WI		X				
VCLASH9L-EC3890LI					X	
VCLASH53-EC38I10L					X	
GIF-EZ1500 HDTV CMOS & EDOF EVIS X1	X		X			
GIF-H190N	X		X			
GIF-1100 HDTV EVIS X1	X		X			
GIF-2TH180			X			X
GIF-1TH190	X	X	X			X
GIF-XP190N		X				X
GF-180N						X
GIF-H190		X				X
GIF-Q165		X				
GIF-H185		X			X	
EG-530CT		X				
EG-530WR		X				
EG-760R ELUXEO		X				

EG-760R ELUXEO		X				
VGFASH90-EG29901					X	
TJF-Q190L						X
TJF-Q190V	X	X	X			
GF-UE190	X		X			
GF-UE190W						X
GF-UCT180	X		X			X
EG-3870UTK		X				
SIF-H190			X			
X7-2T		X				
X8-2T		X				
6TC-RS		X				
TEEXP		X				
FB-15V			X			X
FB-9V						X
FB-15P			X			
FB-18V						X
FB-18P						X
FB-19TV			X			X
FB-15						X
EB-1570K			X			
EB15-J10			X			X
EB-1170K			X			
BF-P190			X			
BF-H1100			X			
BF-MP190F			X			X
EB19-J10U			X			X
G111384						X
G111086						X