

LOTTO 3 ALLEGATO A1 QUESTIONARIO ARMADI DI DIMENSIONI RIDOTTE E ENDOSCOPI

ARMADI DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO ENDOSCOPI DI DIMENSIONI RIDOTTE	NOTE di COMPILAZIONE
Produttore	
Nome commerciale modello	
CND	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto	Prima immissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta	Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME	NOTE di COMPILAZIONE
Armadio singolo di asciugatura a stoccaggio orizzontale degli endoscopi	
Le dimensioni dovranno essere le più contenute possibili. Per i limiti di spazio esistenti presso la sede di installazione, le dimensioni di ingombro dell'apparecchiatura non devono essere superiori a 190 cm (altezza) x 70 cm (larghezza) x 60 (profondità)	
L'armadio dovrà essere collegato all'impianto di aria compressa medica o tecnica (sono da ritenersi inclusi nella fornitura eventuali filtri necessari al collegamento all'impianto di aria medica); eventuale predisposizione dell'aria compressa medica all'interno del locale in cui verrà installata l'apparecchiatura sarà in carico alla Azienda Sanitaria di competenza	
Capacità di conservazione di almeno 8 endoscopi ciascuno	
Asciugatura degli endoscopi interna ed esterna	
Mantenimento degli strumenti in condizioni di asepticità almeno pari a 720 ore	
Monitoraggio continuo della temperatura e dell'umidità all'interno dell'armadio	
Monitoraggio dei tempi e delle condizioni di stoccaggio degli strumenti in attesa di riutilizzo	
Lettore RFID o BARCODE per l'identificazione dello strumento e dell'operatore	
Possibilità di identificare visivamente lo stato di asciugatura degli endoscopi e l'eventuale necessità di reprocessing	
Completo di tutti i connettori necessari a collegare tutti gli endoscopi indicati in Allegato C1	
Completo di tutti i vassoi/cassette per il contenimento degli endoscopi	
Il sistema di filtrazione dell'aria dovrà garantire aria microbiologicamente controllata e prevenzione della contaminazione degli endoscopi durante stoccaggio e asciugatura, conformemente ai requisiti della UNI EN 16442:2015	
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri e delle informazioni di funzionamento	
Dotato di stampante non necessariamente integrata nel case dell'armadio	
Conforme al Regolamento UE 2017/745	
Conforme alla norma UNI EN 16442:2015	
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione):	NOTE di COMPILAZIONE
Tempo massimo di asciugatura dello strumento	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente

Mantenimento degli strumenti in condizioni di asetticità superiore a 720 ore	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Soluzioni atte a garantire un ridotto consumo di aria medica o aria tecnica (in litri/min e di energia elettrica (potenza massima assorbita dalla macchina, in W)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Rumorosità della macchina <= 50 dB	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Peso del vassoio/cestello <= 1 kg	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Sistema di filtrazione/purificazione dell'aria	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Altezza degli elementi che devono essere utilizzati dall'operatore (ultimo ripiano/monitor/lettore RFID o BARCODE, stampante)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Altre caratteristiche funzionali e tecniche migliorative rilevanti (non già precedentemente indicate)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente

(TIMBRO E FIRMA

RIDOTTE PER ASCIUGATURA E STOCCAGGIO

RISPOSTA DITTA	EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
PRESENTE SI/NO	EVENTUALI DETTAGLI
RISPOSTA DITTA	NOTE

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)