

LOTTO 4 -ALLEGATO A1 QUESTIONARIO SISTEMI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L'ASCIUGATURA IN TEMPI RIDOTTI E LA CONSERVAZIONE DI ENDOSCOPI

SISTEMI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L'ASCIUGATURA IN TEMPI RIDOTTI E LA CONSERVAZIONE DI ENDOSCOPI	NOTE di COMPILAZIONE
Produttore	
Nome commerciale modello	
CND	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto	Prima immissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta	Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME	NOTE di COMPILAZIONE
Sistema completo di tutti i componenti ed accessori (connettori, raccordi, cavi, ecc.) indispensabili per un pieno utilizzo in relazione alle diverse marche ed ai diversi modelli di endoscopi utilizzati (vedi Allegato D1 - Schema offerta economica)	
Riconoscimento operatore ed endoscopio attraverso un lettore di codici a barre o uno scanner di etichette RFID	
Stampante per la creazione di un'etichetta utile al fine della tracciabilità del ciclo di asciugatura e/o conservazione	
Imbustamento degli endoscopi in atmosfera attiva in grado di garantire uno stato di alta disinfezione almeno fino a 744 ore di stoccaggio secondo la norma EN 16442	
Possibilità di conservare l'endoscopio in busta monouso	
Possibilità di utilizzare l'endoscopio su paziente dopo l'estrazione dalla busta senza alcun ulteriore trattamento	
Possibilità di utilizzare una stessa busta per il trasporto da pulito a sporco e viceversa, utilizzando un sistema di chiara identificazione dell'endoscopio pulito e dell'endoscopio sporco	
Dotato di pistola ad aria per asciugatura parti esterne degli endoscopi	
Tempi di asciugatura dei canali inferiori a 5 minuti	
Possibilità di asciugatura e conservazione degli endoscopi flessibili con canale operativo e non	
Sistema completo di almeno n.2 carrelli per il trasporto e lo stoccaggio degli endoscopi imbustati	
Conforme al Regolamento UE 2017/745	
Conforme alla norma UNI EN 16442:2015	
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione):	NOTE di COMPILAZIONE
Modalità di imbustamento degli endoscopi	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Modalità di gestione delle buste degli endoscopi (identificazione sporco/pulito, trasporto, stoccaggio)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Sistema di asciugatura dei canali interni degli endoscopi integrata nel sistema di imbustamento	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente

Pistola ad aria per asciugatura parti esterne degli endoscopi integrata nel sistema di imbustamento	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Possibilità di asciugatura e conservazione delle principali marche in commercio di sonde ecotransesofagee	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Dimensioni (verranno premiate dimensioni estremamente contenute)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Tempi di asciugatura degli endoscopi (verranno premiati tempi brevi)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Assenza di agenti chimici	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Altre caratteristiche funzionali e tecniche migliorative rilevanti (non già precedentemente indicate)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente

(TIMBRO E FIRMA)

DIMENSIONI PER L'ASCIUGATURA IN TEMPI I ENDOSCOPI

RISPOSTA DITTA	EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
PRESENTE SI/NO	EVENTUALI DETTAGLI
RISPOSTA DITTA	NOTE

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)