

ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO

FORNITURA IN SERVICE TRIENNALE DI N. 3 SISTEMI DI MANOMETRIA ANORETTALE ED ESOFAGEA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DI AREA VASTA

1	DATI FORNITORE			
1.1	Produttore (Indicare)			
1.2	Fornitore (Indicare)			
1.3	Modello/Nome commerciale (Indicare)			
1.4	CND (Indicare)			
1.5	Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)			
2	MANUALE D'USO		Versione	
3	CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DELLO STRUMENTO		SI/NO	Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso <u>È obbligatorio fornire indicazione pena la non valutazione della caratteristica)</u>
3.1	Sistema costituito da:	o Workstation di elaborazione dati ad alte prestazioni		
3.2		o Monitor touchscreen ad alta risoluzione con almeno 22"		
3.3		o Tastiera e mouse		
3.4		o Stampante laser		
3.5		o Carrello trasportabile con ripiani regolabili e ruote dotate di freno di sicurezza		
3.6		o Sistema auto-calibrante integrato		
3.7		o Connessione LAN e Wifi		
3.8	Il sistema deve consentire la visualizzazione 3D non come ricostruzione software tramite algoritmo (es. ricostruzione vettoriale), ma una vera e propria visualizzazione in real-time della distribuzione pressoria a 360°, in modo da poter determinare in modo inequivocabile, oltre al valore, la posizione esatta dove essa si produce.			
3.9	Il sistema deve essere dotato di un software di acquisizione ed analisi che:	o si interfacci con la Rete Ospedaliera per l'importazione dei dati dei pazienti e per l'esportazione del referto come file pdf		
3.10		o sia in grado di visualizzare il tracciato come Contour Plot, tracce lineari (manometria convenzionale) o in entrambi i modi contemporaneamente durante l'analisi		
3.11		o consenta la personalizzazione dei parametri da calcolare, del protocollo di studio e la possibilità di esportare i dati grezzi in un file compatibile con i più comuni software di calcolo elettronico (ad esempio Excel)		
3.12		o permetta di analizzare i tracciati in maniera statica e dinamica, facendo scorrere il tracciato come se fosse in fase di acquisizione a diverse velocità		
3.13		o dia la possibilità di rivedere la parte del tracciato già registrato senza interrompere la registrazione		
3.14		o consenta all'utente, oltre ai calcoli automatici, la possibilità di effettuare misurazioni sul tracciato in completa autonomia e se necessario includerle nel report finale.		
4	CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEL MATERIALE DI CONSUMO		SI/NO	Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso <u>È obbligatorio fornire indicazione pena la non valutazione della caratteristica)</u>