

LOTTO 1-ALLEGATO A1 QUESTIONARIO			
Requisito	Dettaglio (Indicare SI/NO e relazionare in merito)	Modalità di attribuzione punteggio	Punti massimi
Dstinazione d'uso Specifica per Neurochirurgia		Requisito Minimo	n.a.
Frequenze ad ultrasuoni ottimali per la specifica attività chirurgica		Requisito Minimo	n.a.
Sistema dotato di modalità ad alta selettività tissutale in grado di prevenire danni alle strutture delicate		Requisito Minimo	n.a.
Potenza regolabile in modo preciso, con diversi livelli preimpostati per adattarsi a differenti tipi di tessuti		Requisito Minimo	n.a.
Sistema dotato di manipolo con scudo termico in grado di eliminare i punti di calore		Requisito Minimo	n.a.
Sistema erogazione energia proporzionale tramite pedale, in grado di garantire al chirurgo massima precisione nell'erogazione dell'energia		Requisito Minimo	n.a.
Neutralizzatore attorcigliamento cavo manipolo in grado di minimizzare le tensioni del polso del chirurgo		Requisito Minimo	n.a.
Pompa peristaltica integrata per l'irrigazione della punta della sonda e il mantenimento della temperatura		Requisito Minimo	n.a.
Sistema di aspirazione integrato, con raccolta dei liquidi in un serbatoio sterile		Requisito Minimo	n.a.
Possibilità di regolare la portata di irrigazione e il livello di aspirazione		Requisito Minimo	n.a.
Manipoli idonei per l'attività neurochirurgica		Requisito Minimo	n.a.
Valutazione delle caratteristiche di Ergonomia e facilità d'uso del dispositivo		Prova Pratica	10
Valutazione delle tipologie di manipoli offerti in relazione alla specifica attività chirurgica		Prova Pratica	10
Valutazione delle modalità di erogazione energia proposte in relazione alla specifica attività chirurgica		Prova Pratica	10
Valutazione del sistema di Aspirazione in relazione alla specifica attività Chirurgica		Prova Pratica	10
Valutazione delle modalità di dissezione proposte in relazione alla specifica attività chirurgica		Discrezionale	10
Disponibilità a fornitura di apparecchiatura sostitutiva in caso le tempistiche di riparazione superino quelle previste		Si/No	5
Valutazione di eventuali funzionalità aggiuntive ed innovative, rispetto a quanto richiesto in capitolato		Discrezionale	10
Valutazione del programma di formazione agli utilizzatori e delle modalità proposte per l'erogazione della formazione stessa		Discrezionale	5
TOTALE			70
DITTA.....			