



LOTTO 2 ALLEGATO A SCHEDA TECNICA: DISSETTORI AD ULTRASUONI

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

LOTTO N. 2: NOLEGGIO DI N. 2 SISTEMI DI DISSEZIONE AD ULTRASUONI CON ASPIRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA EPATICA OSPEDALE MAGGIORE BOLOGNA

- Il sistema proposto dovrà avere destinazione d'uso specifica per Chirurgia Epatica;
- Frequenze ad ultrasuoni ottimali per la specifica attività chirurgica
- Disponibilità di manipoli sia per chirurgia open che miniminvasiva, in quanto sono previste entrambe modalità chirurgiche – Manipoli Idonei per chirurgia Epatica;
- La potenza deve essere regolabile in modo preciso, con diversi livelli preimpostati per adattarsi a differenti tipi di tessuti;
- Sistema erogazione energia proporzionale tramite pedale, in grado di garantire al chirurgo massima precisione nell'erogazione dell'energia;
- Possibilità di collegare il manipolo a generatore elettrochirurgico per coagulazione monopolare, al fine di eseguire emostasi e ridurre i tempi chirurgici;
- Pompa peristaltica integrata per l'irrigazione della punta della sonda e il mantenimento della temperatura;
- Sistema di aspirazione integrato, con raccolta dei liquidi in un serbatoio sterile;
- Possibilità di regolare la portata di irrigazione e il livello di aspirazione.