

LOTTO 2-ALLEGATO A2 QUESTIONARIO			
Requisito	Dettaglio (Indicare SI/NO e relazionare in merito)	Modalità di attribuzione punteggio	Punti massimi
Destinazione d'uso specifica per Chirurgia Epatica		Requisito Minimo	n.a.
Frequenze ad ultrasuoni ottimali per la specifica attività chirurgica		Requisito Minimo	n.a.
Disponibilità di manipoli sia per chirurgia open che mininvasiva, in quanto sono previste entrambe modalità chirurgiche - Manipoli Idonei per chirurgia Epatica		Requisito Minimo	n.a.
Possibilità di collegare il manipolo a generatore elettrochirurgico per coagulazione monopolare, al fine di eseguire emostasi e ridurre i tempi chirurgici		Requisito Minimo	n.a.
Potenza regolabile in modo preciso, con diversi livelli preimpostati per adattarsi a differenti tipi di tessuti		Requisito Minimo	n.a.
Sistema erogazione energia proporzionale tramite pedale, in grado di garantire al chirurgo massima precisione nell'erogazione dell'energia		Requisito Minimo	n.a.
Possibilità di collegare il manipolo a generatore elettrochirurgico per coagulazione monopolare, al fine di eseguire emostasi e ridurre i tempi chirurgici		Requisito Minimo	n.a.
Pompa peristaltica integrata per l'irrigazione della punta della sonda e il mantenimento della temperatura		Requisito Minimo	n.a.
Sistema di aspirazione integrato, con raccolta dei liquidi in un serbatoio sterile		Requisito Minimo	n.a.
Possibilità di regolare la portata di irrigazione e il livello di aspirazione		Requisito Minimo	n.a.
Valutazione delle caratteristiche di Ergonomia e facilità d'uso del dispositivo		Prova Pratica	10
Valutazione delle tipologie di manipoli offerti in relazione alla specifica attività chirurgica		Prova Pratica	10
Valutazione delle modalità di erogazione energia proposte in relazione alla specifica attività chirurgica		Prova Pratica	10
Valutazione del sistema di Aspirazione in relazione alla specifica attività Chirurgica		Prova Pratica	10
Valutazione delle modalità di dissezione proposte in relazione alla specifica attività chirurgica		Discrezionale	10
Disponibilità a fornitura di apparecchiatura sostitutiva in caso le tempistiche di riparazione superino quelle previste		Si/No	5
Valutazione di eventuali funzionalità aggiuntive ed innovative, rispetto a quanto richiesto in capitolato		Discrezionale	10
Valutazione del programma di formazione agli utilizzatori e delle modalità proposte per l'erogazione della formazione stessa		Discrezionale	5
TOTALE			70

DITTA.....