

ALLEGATO 9 - PUNTEGGI QUALITA'

TOTALE PUNTI 60 punteggio minimo 33/60

LOTTO 2 AGO PER ECOBIOPSIA AD ALTA DEFINIZIONE

PARAMETRO 1: FUNZIONALITA' 56 PUNTI

subparametri- PARAMETRO 1	GIUDIZI	PUNTEGGI SOTTOPARAMETRI PARAMETRO 1	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
a	MANEGGEVOLEZZA ED ERGONOMIA	12	1	0,80	0,55	0,35	0
b	FUORIUSCITA DELL'AGO	12	1	0,80	0,55	0,35	0
c	ECORIFLETTENZA	22	1	0,80	0,55	0,35	0
d	SISTEMA DI BLOCCAGGIO	10	1	0,80	0,55	0,35	0

PARAMETRO 2: PACKAGING 4 PUNTI

subparametri- PARAMETRO 2	GIUDIZI	PUNTEGGI SOTTOPARAMETRI PARAMETRO 2	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
a	APERTURA PRATICA DELLA CONFEZIONE CHE GARANTISCA L'UTILIZZO IN STERILITÀ DEL DISPOSITIVO.	2	1	0,80	0,55	0,35	0
b	ETICHETTA CHE PERMETTA UNA FACILE LETTURA DI TUTTE LE CARATTERISTICHE CHE IDENTIFICANO IL PRODOTTO, PRESENZA DI CODICE A BARRE.	2	1	0,80	0,55	0,35	0

LOTTO 5 PROTESI COLON RETTO AUTOESPANDIBILE A MAGLIA METALLICA, NON RICOPERTA. USO ENDO-CANALARE.

PARAMETRI	GIUDIZI	PUNTEGGI SINGOLO PARAMETRO	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
1	FACILITÀ TECNICA DI RILASCIO NELLA PRATICA CLINICA	25	1	0,80	0,55	0,35	0
2	SCORREVOLEZZA DELLA PROTESI	15	1	0,80	0,55	0,35	0
3	POTENZIALITÀ DI RECUPERO	15	1	0,80	0,55	0,35	0
4	PACKAGING ETICHETTA CHE PERMETTA UNA FACILE LETTURA DI TUTTE LE CARATTERISTICHE CHE IDENTIFICANO IL PRODOTTO, PRESENZA DI CODICE A BARRE	5	1	0,80	0,55	0,35	0

LOTTO 6 PROTESI ENTERO-DUODENALE AUTOESPANDIBILE A MAGLIA METALLICA, NON RICOPERTA. USO ENDO-CANALARE.

PARAMETRI	GIUDIZI	PUNTEGGI SINGOLO PARAMETRO	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
1	FACILITÀ TECNICA DI RILASCIO NELLA PRATICA CLINICA	25	1	0,80	0,55	0,35	0
2	SCORREVOLEZZA DELLA PROTESI	15	1	0,80	0,55	0,35	0
3	POTENZIALITÀ DI RECUPERO	15	1	0,80	0,55	0,35	0
4	PACKAGING ETICHETTA CHE PERMETTA UNA FACILE LETTURA DI TUTTE LE CARATTERISTICHE CHE IDENTIFICANO IL PRODOTTO, PRESENZA DI CODICE A BARRE	5	1	0,80	0,55	0,35	0

LOTTO 7 KIT PROTESI PANCREAS

PARAMETRI	GIUDIZI	PUNTEGGI SINGOLO PARAMETRO	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
1	FACILITÀ TECNICA DI RILASCIO NELLA PRATICA CLINICA	20	1	0,80	0,55	0,35	0
2	SCORREVOLEZZA DELLA PROTESI	20	1	0,80	0,55	0,35	0
3	VARIABILITA' AMPIEZZA DELLA GAMMA DEL CALIBRO E DELLA LUNGHEZZA DELLO STENT IN RELAZIONE ALLA PRATICA CLINICA	20	1	0,80	0,55	0,35	0

TOTALE PUNTI 50 punteggio minimo 27,5/50

LOTTO 1 Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)

PARAMETRO 1: FUNZIONALITA' IN RAPPORTO ALL'USO 36 PUNTI

subparametri PARAMETRO 1	GIUDIZI	PUNTEGGI SOTTOPARAMETRI PARAMETRO 1	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
a	FACILITA' DI INTRODUZIONE	12	1	0,80	0,55	0,35	0
b	FACILITA' DI RIMOZIONE	12	1	0,80	0,55	0,35	0
c	MANEGGEVOLEZZA E PRATICITA'	12	1	0,80	0,55	0,35	0

PARAMETRO 2: PACKAGING 10 PUNTI

subparametri- PARAMETRO 2	GIUDIZI	PUNTEGGI SOTTOPARAMETRI PARAMETRO 2	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
a	APERTURA PRATICA DELLA CONFEZIONE CHE GARANTISCA L'UTILIZZO IN STERILITÀ DEL DISPOSITIVO	5	1	0,80	0,55	0,35	0
b	ETICHETTA CHE PERMETTA UNA FACILE LETTURA DI TUTTE LE CARATTERISTICHE CHE IDENTIFICANO IL PRODOTTO, PRESENZA DI CODICE A BARRE	5	1	0,80	0,55	0,35	0

**PARAMETRO 3: DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PERMANENZA IN SITU (DATI,
CERTIFICAZIONI, PUBBLICAZIONI a supporto attestazione permanenza in situ) 4 PUNTI**

PARAMETRO 3	GIUDIZI	PUNTEGGIO PARAMETRO 3	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
3	DATI, CERTIFICAZIONI, PUBBLICAZIONI a supporto attestazione permanenza in situ	4	1	0,80	0,55	0,35	0

LOTTO 3 ANSA DIATERMICA, UTILIZZATA PER LA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA

PARAMETRI	GIUDIZI	PUNTEGGI SINGOLO PARAMETRO	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
1	MANEGGEVOLEZZA ED ERGONOMICITA'	46	1	0,80	0,55	0,35	0

2	ETICHETTA CHE PERMETTA UNA FACILE LETTURA DI TUTTE LE CARATTERISTICHE CHE IDENTIFICANO IL PRODOTTO, PRESENZA DI CODICE A BARRE	4	1	0,80	0,55	0,35	0
----------	--	----------	----------	-------------	-------------	-------------	----------

LOTTO 4 CATETERE A PALLONCINO DI FOGARTY PER ESTRAZIONE CALCOLI

PARAMETRI	GIUDIZI	PUNTEGGI SINGOLO PARAMETRO	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
1	RESISTENZA DEL PALLONCINO	11	1	0,80	0,55	0,35	0
2	VARIABILITA' DEL DIAMETRO DEL PALLONCINO	20	1	0,80	0,55	0,35	0
3	FLESSIBILITA' DEL CATETERE	11	1	0,80	0,55	0,35	0

PARAMETRO 4: PACKAGING 8 PUNTI

subparametri-PARAMETRO 4	GIUDIZI	PUNTEGGI SOTTOPARAMETRI PARAMETRO 4	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	NON COMPLETAMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
a	APERTURA PRATICA DELLA CONFEZIONE CHE GARANTISCA L'UTILIZZO IN STERILITÀ DEL DISPOSITIVO	4	1	0,80	0,55	0,35	0
b	ETICHETTA CHE PERMETTA UNA FACILE LETTURA DI TUTTE LE CARATTERISTICHE CHE IDENTIFICANO IL PRODOTTO, PRESENZA DI CODICE A BARRE	4	1	0,80	0,55	0,35	0