ALLEGATO A

A - REQUISITI INDISPENSABILI

Sez.A0	REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA ANALITICO			NOTE *
A0-1	N. 1 sequenziatore nuovo di fabbrica e di ultima generazione, comprensivo di Personal Computer, completo di monitor, tastiera, mouse e stampante a colori. Conforme alla Direttiva CE 98/79	☐ SI	☐ NO	
A0-2	Software interpretativo per l' analisi e la definizione allelica completo di database aggiornabile alla nomenclatura vigente almeno una volta all'anno. Conforme alla Direttiva CE 98/79	☐ SI	☐ NO	
A0-3	N.1 apparecchio per la misura della concentrazione del DNA e della sua purezza con lettura a 260/280 (nanodrop).	☐ SI	☐ NO	
A0-4	Almeno n.4 licenze per il software di analisi	☐ SI	☐ NO	
A0-5	N.3 Personal Computer , completi di monitor, tastiera, mouse	☐ SI	☐ NO	
Sez.A1	**REQUISITI INDISPENSABILI DEI REAGENTI**			***NOTE ****
A1-1	Fornitura dei reattivi necessari per la tipizzazione dei loci HLA-A,B,C,DRB1 e DQB1,DPB1 mediante sequenziamento diretto del DNA (PCR-SBT).	☐ SI	☐ NO	
A1-2	Tutti i kit diagnostici devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79	☐ SI	☐ NO	
A1-3	Tutti i kit diagnostici devono essere di più recente release	☐ SI	☐ NO	
Sez.A2	**REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE**			***NOTE ****
A2-1	Array ad almeno 8 capillari	☐ SI	☐ NO	
A2-2	Autocampionatore	☐ SI	☐ NO	
A2-3	Personal computer con procesore almeno Core i5; RAM almeno 8 GB; HD almeno 500 GB; Monitor a LED almeno 22"; Sistema operativo : almeno Windows 7 professional	☐ SI	☐ NO	

NOTE * Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata