

QUESTIONARIO TECNICO ASPIRATORE LIQUIDI
(non sono ammessi rimandi ad altri documenti se non espressamente indicato)
(presentare obbligatoriamente anche una versione del documento in word)

| <u>Dati generali</u> | |
|----------------------|---|
| | Marca Modello |
| | Anno di immissione sul mercato |
| | Dimensioni di ingombro, spazi di manovra necessari per manutenzione |
| | Peso |
| | Rumorosità |
| | Alimentazione 220V monofase <i>(specificare potenza elettrica assorbita e tipologia di presa elettrica)</i> |
| | Caratteristiche rubinetto per alimentazione idrica dell'aspiraliquidi e portata acqua (min-max) |
| A | <u>Caratteristiche tecniche generali</u> |
| A.1 | Destinazione d'uso per aspirazione di liquidi organici da sacche (per emofiltrazione, dialisi, diuresi, lavaggi vescicali, etc.) <i>(specificare)</i> |
| A.2 | Struttura esterna completamente e perfettamente lavabile e disinfettabile <i>(dettagliare caratteristiche e prodotti idonei per la pulizia e disinfezione)</i> |
| A.3 | Serbatoio interno di raccolta liquidi <i>(specificare caratteristiche)</i> |
| A.4 | Ruote con freni <i>(specificare caratteristiche)</i> |
| A.5 | Batteria ricaricabile <i>(specificare caratteristiche)</i> |
| A.6 | Pannello di controllo per impostazione e gestione parametri di funzionamento <i>(dettagliare)</i> |
| B | <u>Caratteristiche materiali di consumo</u> |
| B.1 | Tubo di collegamento "A" della sacca all'aspiraliquidi per la raccolta dei liquidi, completo di rubinetto <i>(dettagliare caratteristiche)</i> |
| B.2 | Filtro da interporre fra la sacca ed il tubo "A" per impedire il passaggio di eventuali frustoli o coaguli presenti nel liquido di scarico (completo di tubicino di 10 cm circa) <i>(specificare caratteristiche)</i> |
| B.3 | Tubo di collegamento "B" completo di quanto eventualmente necessario (raccordi, etc.) per lo svuotamento dei liquidi dal serbatoio della macchina <i>(specificare caratteristiche)</i> ; lo svuotamento dei serbatoi dovrà avvenire negli scarichi sifonati in acciaio inox con valvola di non ritorno e innesto rapido previsti per ciascun reparto interessato (vedi esempio in foto All. F) <i>(specificare caratteristiche)</i> |

| | | |
|-----|---|--|
| C | <u>Caratteristiche funzionali</u> | |
| C.1 | Sistema di aspirazione liquidi a batteria <i>(descrivere)</i> | |
| C.2 | Sistema di evacuazione liquidi con scarico in fogna <i>(descrivere)</i> | |
| C.3 | Allarmi <i>(dettagliare)</i> | |
| D | <u>Sicurezza e Sanificazione</u> | |
| D.1 | Ciclo di autodisinfezione <i>(descrizione, specificare modalità operative e allegare Dichiarazione richiesta)</i> | |
| D.2 | Disinfettante per il ciclo di autodisinfezione <i>(specificare tipologia di confezione, caratteristiche, periodo di scadenza e allegare schede tecniche e di sicurezza)</i> | |
| D.3 | Disinfettante per l'abbattimento della carica microbica del liquido prima dello scarico in fogna <i>(specificare tipologia di confezione, caratteristiche, periodo di scadenza e allegare schede tecniche e di sicurezza)</i> | |
| D.4 | Assenza di possibili contaminazioni batteriche per il personale ed i pazienti durante le operazioni di svuotamento sacche e svuotamento serbatoio <i>(specificare dettagliatamente soluzioni e sistemi adottati)</i> | |
| D.5 | Assenza di sgocciolamenti di liquido dal tubo "B" una volta terminata la fase di scarico <i>(specificare soluzione adottata)</i> | |
| D.6 | Assenza di emissione di elementi/vapori nocivi o anche solo fastidiosi durante l'utilizzo dell'attrezzatura <i>(specificare soluzioni adottate)</i> | |
| D.7 | Sistema di disinfezione dei liquidi prima del loro smaltimento in rete fognaria <i>(specificare modalità operative e allegare Dichiarazione richiesta)</i> | |
| D.8 | Caricamento dei prodotti disinfettanti per l'attrezzatura senza che il personale entri in contatto con le suddette sostanze <i>(specificare soluzioni adottate)</i> | |
| D.9 | Sistema di sicurezza contro lo scarico accidentale di liquido in caso di non collegamento del tubo allo scarico <i>(dettagliare)</i> | |
| E | <u>Ergonomicità, Funzionalità, Facilità d'uso</u> | |
| E.1 | Attività di manutenzione ordinaria a carico dell'utilizzatore <i>(dettagliare e specificare periodicità)</i> | |