	BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO
	Fabbricante
	Fornitore
	Modello
	Codice CIVAB
	Codice CND
	Numero repertorio

1.	***Destinazione d'uso***

2	***Caratteristiche di minima***
2.1	Biometro ottico computerizzato di tipo “non a contatto”
2.2	Misura dei seguenti parametri con la massima accuratezza:
2.3	Lunghezza assiale del bulbo oculare almeno fino a 38 mm
2.4	Raggio corneale almeno fino a 10 mm
2.5	Profondità della camera anteriore almeno fino a 6,5 mm
2.6	Distanza bianco-bianco nel range indicativo 8-14mm
2.7	Calcolo di IOL almeno mediante le seguenti formule: SRK II, SRK/T, Hoffer, Haigis (indicare tutte le altre formule eventualmente disponibili) - specificare l'eventuale possibilità di calcolo dati IOL per pazienti con chirurgia laser pregressa e le funzionalità
2.8	Preferibilmente dotato di funzioni per ridurre al minimo il tempo di misura, il disagio del paziente (es: autotracking e autoshot)
2.9	Completo di tavolo a sollevamento elettrico
2.10	Possibilità di stampa dei dati e dei grafici (specificare)