



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0003940
DATA: 21/12/2017 10:05
OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 52/2017 /2016 PER LA FORNITURA IN SERVICE , IN DUE LOTTI, PER UN PERIODO DI DUE ANNI (RINNOVABILE PER UN ALTRO ANNO) DI SISTEMI MOTORIZZATI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA-ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

DIRETTORE DI:

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO Ingegneria Clinica (SC)

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0003940_2017_determina_firma ta.pdf	3940D75900BE0DE567A033F382981D277DC5DDFD23F58A1FB30C6AB51C9A619A
DETE0003940_2017_Allegato1:	F02045CE5D32D46D40C03A289721C3E48C14C70B71849D04EDA09714E681534C
DETE0003940_2017_Allegato2:	1850C685E13C56B0059E084BED302972A3F789220D9695633A05B0EA9219AA77



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 52/2017 /2016 PER LA FORNITURA IN SERVICE , IN DUE LOTTI, PER UN PERIODO DI DUE ANNI (RINNOVABILE PER UN ALTRO ANNO) DI SISTEMI MOTORIZZATI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA-ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO

IL DIRETTORE

Viste le deliberazioni n. 158 del 09.09.2009 e n.236 del 20.07.2010, con le quali il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna stabilisce i poteri dei Dirigenti Responsabili dei Servizi amministrativi e tecnici centrali per l'adozione di alcuni atti individuati nelle citate delibere;

Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitan, nonché le delibere n.146/2011, n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio suddetto;

Premesso che con determina n. 2130 del 14/07/2017 si è contestualmente:

- indetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 una procedura aperta per la fornitura IN SERVICE, IN DUE LOTTI, PER UN PERIODO DI DUE ANNI (RINNOVABILE PER UN ALTRO ANNO) DI SISTEMI MOTORIZZATI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA per un importo massimo di € 1.098.800,00 IVA esclusa , da aggiudicarsi ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- approvato il capitolato speciale, la lettera di invito e i relativi allegati successivamente modificati con determinazioni n. .2686 del 11/09/2017 ;

Preso atto che alla data di scadenza hanno presentato offerta, le seguenti Ditte: (verbale di chiusura prot. N° 0109780 del 19/09/2017 agli atti dell'Azienda USL) :

Lotto 1) Sistema motorizzato e relativo materiale di consumo per Neurochirurgia

Neuromed srl

Medtronic Italia SPA

Integra Lifesciences Italy srl



Johnson & Johnson Medical SPA

Lotto 2) Sistema motorizzato e relative material d'uso per Neuro/ORL e ORL

Neuromed srl
Medtronic Italia SPA

Considerato che con determinazione 3305 del 03.11.2017 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice;

Preso atto che con determina n. 3557 del 24.11.2017 era stata disposta l'esclusione dal lotto 1 degli Operatori Economici Ditte Integra Lifesciences Italy srl e Johnson & Johnson Medical SPA per aver presentato un'offerta non corrispondente ai requisiti indispensabili richiesti;

Atteso che restavano quindi in gara, per entrambi i Lotti, le Ditte Medtronic Italia SPA e Neuromed srl le cui attrezzature sarebbero state sottoposte a prova pratica e successiva valutazione tecnica;

Dato atto che la commissione, nella seduta del 19.12.2017, riguardo il Lotto 2, propone l'esclusione della Ditta Neuromed srl per le motivazioni meglio sotto riportate:

“Il Presidente (Ing Alessandro Damilano) dichiara aperta la seduta e, insieme al CPSI Paolo Illuminati, relazionano sull'esito delle verifiche effettuate il giorno 15/12 circa il materiale consegnato dalla Ditta **Neuro med**. Come già indicato nel verbale stilato in tale data, la ditta non ha fornito alcun materiale di consumo come era invece stato richiesto, dichiarando che questo sarebbe stato consegnato nella mattina del 18/12. Non essendo stati consegnati i perforatori craniali pluriuso e pertanto non essendo possibile procedere a sterilizzazione onde renderli disponibili per il lunedì, il Presidente contatta il dr. Pasquini che indica che per gli interventi programmati nelle prove pratiche del lunedì non è previsto l'utilizzo di tali perforatori.

Nelle more della decisione circa l'ammissibilità della consegna dei materiali in ritardo rispetto alla richiesta, ed al fine di rendere il più possibile rapida ed agevole l'eventuale verifica del materiale in consegna nella mattinata del 18 (onde poter poi procedere agli interventi chirurgici programmati), l' Ing. Damilano ed il Dr. Illuminati chiedono al rappresentante Neuromed di indicare, per ogni voce di cui all'Allegato A1 – Elenco Materiali Obbligatori della fornitura - Lotto 2, il corrispondente codice del consumabile.

Secondo le dichiarazioni del rappresentante della ditta, riportate nel verbale di verifica già citato, il rif. γ1 corrisponde al codice 1600577 che presenta angolazione 15° e lunghezza 11cm, il rif. γ2 corrisponde al codice 1600578 che è non diamantato, il rif. γ7 non è disponibile, il rif. γ8 ha lunghezza 220mm, ed i riferimenti ε1 e ε2 (irrigazione) prevedono un codice unico per entrambe le funzioni.



Successivamente, la Commissione prende visione del documento trasmesso via mail il 18/12 dal Rappresentante Neuromed e rileva nei codici indicati all'Allegato A1 delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato il 15/12. Tra le incongruenze si cita, a titolo di esempio e come particolarmente significativa quella relativa al codice γ 2:

P o s .	Richiesta	Dichiarazione 15/12 e caratteristiche	Dichiarazione 18/12 e caratteristiche
γ 2	FRESA DIAMANTATA lunghezza 13 cm - Φ 4mm - ad alta velocità (inclinata 70°)	1600578 - 60° SHAVER BLADE - LENGHT 130mm, Φ 3mm	1600650 - 15° DIAMOND SHAVER BLADE - LENGHT 110mm, Φ 3mm

Oltre alla sostanziale difformità tra le richieste effettuate dall'AUSL e il materiale proposto dalla ditta Neuromed (a titolo di esempio il cod γ 1 angolato 15° invece dei 40° richiesti ed il cod γ 2 angolato 15° invece dei 70° richiesti), viene confermata l'assenza di quanto richiesto alla posizione cod γ 7.

La Commissione, preso atto che alle ore 11.00 del 19/12 non risulta pervenuta dalla ditta Neuromed altra comunicazione, dopo discussione ed all'unanimità propone di **ESCLUDERE** la ditta Neuromed dal prosieguo della gara. “

Ravvisata quindi la necessità di escludere dal prosieguo della gara del lotto n. 2 la Ditta Neuromed ;

Ritenuto, inoltre, necessario dare comunicazione alla ditte circa la sua esclusione dal prosieguo della gara, ai sensi della normativa in vigore.

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1) di escludere l'operatore economico Ditta Neuromed srl dal prosieguo della gara del lotto n. 2, per non aver presentato tutto il materiale richiesto e, quando presentato, in alcuni casi non corrispondente ai requisiti indispensabili richiesti dalla documentazione di gara ;

2) di dare comunicazioni al suddetto operatore circa l'esclusione dal prosieguo della gara, ai sensi della normativa in vigore ;



3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:


Dario Bani

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Allegato A1 – Elenco Materiali OBBLIGATORI della fornitura- Lotto 2

OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE MISURE SI INTENDONO INDICATIVE.						
A diverse misure richieste dovranno corrispondere diverse dimensioni offerte: ad esempio se la richiesta è di frese circa 3 mm e frese circa 4 mm, non è ammissibile l'offerta di una sola tipologia di frese di diametro 3,5mm						
α	PERFORATORI PER CRANIOTOMIA (CRANIOTOMO)			SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO	MONOUSO e/o PLURIUSO	Riferimento catalogo*
$\alpha 0$	Perforatore Craniale Φ 11mm (11mm/8mm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\alpha 1$	Perforatore Craniale Φ 14mm (13mm/9mm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
β	FRESE, FRESE DIAMANTATE E TAGLIENTI			SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO	MONOUSO e/o PLURIUSO	Riferimento catalogo*
$\beta 0$	FRESE TAGLIO LATERALE per craniotomia Φ 1,5mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 1$	FRESE TAGLIO LATERALE per craniotomia Φ 2mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 2$	FRESE TAGLIO LATERALE per craniotomia Φ 2,3mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 3$	FRESA TAGLIENTE A SFERA Φ 6mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 4$	FRESA TAGLIENTE A SFERA - Φ 5mm lunghezza corta media e lunga per le tre tipologie di inserti (corto, medio e lungo)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 5$	FRESA TAGLIENTE A SFERA - Φ 4mm lunghezza corta media e lunga per le tre tipologie di inserti (corto, medio e lungo)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 6$	FRESA TAGLIENTE A SFERA - Φ 3mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 7$	FRESA TAGLIENTE A SFERA Φ 2mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 8$	FRESA A SFERA DIAMANTATA Φ 6mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 9$	FRESA A SFERA DIAMANTATA DIAMETRO 5mm lunghezza corta media e lunga per le tre tipologie di inserti (corto, medio e lungo)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 10$	FRESA A SFERA DIAMANTATA Φ 4mm lunghezza corta media e lunga per le tre tipologie di inserti (corto, medio e lungo)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 11$	FRESA A SFERA DIAMANTATA - Φ 3mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 12$	FRESA A SFERA DIAMANTATA Φ 2mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ	LAME PER FUNZIONALITA' DEBRIDER ALTA VELOCITA' E PER SENI FRONTALI LAME PER FUNZIONALITA' SKEETER			SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO	MONOUSO e/o PLURIUSO	Riferimento catalogo*
$\gamma 1$	FRESA lunghezza 13 cm Φ 4mm ad alta velocità (inclinata 40°)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 2$	FRESA DIAMANTATA lunghezza 13 cm - Φ 4mm - ad alta velocità (inclinata 70°)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 3$	LAMA DRITTA lunghezza 11 CM, Φ 3,5 MM	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 4$	LAMA DRITTA lunghezza 11 CM, Φ 4mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 5$	LAMA CURVA 40° lunghezza 11 cm, Φ 4 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 6$	LAMA CURVA 60° LUNGHEZZA 11 CM, Φ 4 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 7$	LAMA CURVA 120° lunghezza 11 CM, Φ 3,5mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 8$	LAMA LUNGA (15° lunghezza 13 cm) PER POLIPOSI LARINGEI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 9$	FRESA DIAMANTATA Φ 0,6 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 10$	FRESA DIAMANTATA Φ 0,7 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\gamma 11$	FRESA TAGLIENTE Φ 2,3mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
δ	FRESE TRANSNASALI			SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO	MONOUSO e/o PLURIUSO	Riferimento catalogo*
$\delta 1$	FRESA TRANSNASALE LUNGHEZZA 13 CM Φ 4MM	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\delta 2$	FRESA TRANSNASALE DIAMANTATA lunghezza 13 cm ϕ 4.5mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\delta 3$	FRESA TRANSNASALE DIAMANTATA lunghezza 13 cm ϕ 4mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
ϵ	IRRIGAZIONE			SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO	MONOUSO e/o PLURIUSO	Riferimento catalogo*
$\epsilon 1$	KIT PER IRRIGAZIONE completi di tutti gli accessori necessari per l'uso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\epsilon 2$	KIT PER RAFFREDDAMENTO TRAPANO CHIRURGIA MASTOIDEA completi di tutti gli accessori necessari per l'uso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			



Allegato A1 – Elenco Materiali OBBLIGATORI della fornitura- Lotto 2

Riferimento catalogo *

In tale campo dovrà essere indicato il riferimento alla pagina del catalogo allegato

15/12/2017

Centrale di sterilizzazione OB
Verbale di Verifica Materiali di cui alla PA 52 – Lotto 2 – Ditta Neuromed

Presenti per la Commissione:
CPSE Paolo Illuminati, Ing. Alessandro Damilano

Presenti per Neuromed:
Armando Pereno

Verifica presenza materiali di cui al documento "Dotazione Minima di Sistemi Motorizzati e accessori d'uso"

Si verifica la presenza del materiale indicato nella Relazione Tecnica Trapani Bien Air. Si rileva anche la presenza dei manipoli, correttamente indicati nella bolla di trasporto:

PM2-S125

PM2-S150

Craniotomo 15mm fix

Craniotomo 10 mm fix

Si rileva che non è presente il carrello

Verifica presenza materiali di cui al documento "Allegato A1 – Elenco Materiali Obbligatori della fornitura - Lotto 2"

La ditta non presenta alcun materiale di consumo, nè pluriuso (posizioni $\alpha 1$ e $\alpha 2$) nè monouso (tutte le posizioni β , γ , δ , ϵ). Di conseguenza, si chiede al rappresentante della ditta Neuromed di indicare, per ogni punto di cui all'allegato, il codice del relativo consumabile.

- I riferimenti $\alpha 1$ e $\alpha 2$ vengono mostrati su catalogo in internet.
- Relativamente ai riferimenti β il rappresentante Neuromed dà disponibilità a fornire associazione riferimento-codice nella giornata di lunedì unitamente alla bolla di consegna dei materiali.
- Relativamente ai riferimenti γ , si rileva che: il rif. $\gamma 1$ corrisponde al codice 1600577 che presenta angolazione 15° e lunghezza 11cm, il rif. $\gamma 2$ corrisponde al codice 1600578 che è non diamantato, il rif. $\gamma 7$ non è disponibile, il rif. $\gamma 8$ ha lunghezza 220mm.
- I riferimenti $\epsilon 1$ e $\epsilon 2$ (irrigazione) prevedono un codice unico per entrambe le funzioni.

Conclusioni:

Ing. Damilano e CPSE Illuminati, sentito telefonicamente il dr. Pasquini, comunicano al rappresentante della ditta che la Commissione, visto quanto emerso nelle verifiche relative ai materiali -in particolare per i riferimenti γ -, ritiene di **SOSPENDERE** le prove pratiche e di rimandare alla prossima riunione collegiale della stessa ogni decisione in merito.

Il Rappresentante della ditta indica che preferisce ritirare il materiale finora consegnato, Damilano e Illuminati concordano.

Ing. Alessandro Damilano

CPSE Paolo Illuminati

Armando Pereno

