



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000589
DATA: 20/02/2019 15:35
OGGETTO: PROCEDURA APERTA (PI 047703-18) PER L'APPALTO DI FORNITURA QUADRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI ENDOPROTESI ED ENDOPROTESI CUSTOM MADE PER LE PATOLOGIE DELL'AORTA ADDOMINALE E TORACICA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE IN AVEC (AUSLBO, AOUBO, AOUFE). ESCLUSIONE DI ALCUNI OPERATORI ECONOMICI - LOTTI NON CONFORMI E LOTTI CON PUNTEGGIO INFERIORE ALLA SOGLIA DI SBARRAMENTO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

ADOTTATO DA:

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000589_2019_determina_firmata.pdf	Campa Rosanna	9E9E47BDF1C5502328BFF40A2C770DC4 B52C6A317B60934532BB4698C36640B3



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA (PI 047703-18) PER L'APPALTO DI FORNITURA QUADRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI ENDOPROTESI ED ENDOPROTESI CUSTOM MADE PER LE PATOLOGIE DELL'AORTA ADDOMINALE E TORACICA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE IN AVEC (AUSLBO, AOUBO, AOUFE). ESCLUSIONE DI ALCUNI OPERATORI ECONOMICI - LOTTI NON CONFORMI E LOTTI CON PUNTEGGIO INFERIORE ALLA SOGLIA DI SBARRAMENTO.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna definisce i poteri di delega dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l'UO Servizio Acquisti Metropolitan;

Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitan, nonché le delibere n.146/2011, n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio suddetto;

Richiamata la determinazione n. 1628/2018, avente per oggetto "Determina a contrarre per l'indizione di n.3 procedure aperte per l'AVEC" fra le quali è stata contemplata l'indizione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di endoprotesi e di endoprotesi custom made per le patologie dell'aorta addominale e toracica per l'Ausl Bologna e per le Aziende Ospedaliere Universitarie di Bologna e Ferrara, per un periodo di 4 anni, importo complessivo quadriennale di €. 23.708.400,00.= iva esclusa, da aggiudicarsi ai sensi dell'art 95 del D.lgs n. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti dal nn.1 al 9 e secondo il minor prezzo per i lotti dal nn. 10 al 14;

Atteso che con il sopra citato atto si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su la Stampa, Resto del Carlino ediz.. Bologna e Repubblica ediz. Bologna;

Preso atto che la procedura di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia-Romagna, SATER;

Rilevato che entro le ore 12,00 del giorno 11/07/2018, termine perentorio stabilito nell'avviso di gara pena la non ammissione, hanno fatto pervenire offerta le seguenti ditte: Ars Chirurgica S.r.l., Bio Vascular Group



S.r.l., Bolton Medical S.r.l., Cook S.r.l., Jotec S.r.l., Medtronic Italia S.p.a., Nuova Mondial Service S.a.s.di Angelo Polidori, Serom Medical Tecnology S.r.l. e W.L. Gore & Ass.;

Vista la determinazione del Direttore del SAM n.3382 del 15.11.2018 con la quale si provveduto all'ammissione di tutti gli operatori economici e alla contestuale nomina della Commissione giudicatrice;

Evidenziato che in data 10/12/2018, si è insediata la Commissione Giudicatrice per lo sblocco, in seduta riservata, della documentazione tecnica a portale Sater verificando la rispondenza con prescritto nel disciplinare di gara;

Preso atto che i lavori della Commissione giudicatrice si sono tenuti nei giorni 17/12/2018, 07/01/2019 E 11/02/2019, durante i quali i commissari hanno:

- verificato, lotto per lotto, sulla base della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici la rispondenza e la conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi tecnici di cui all'Allegato 1) Elenco DM caratteristiche tecniche nonché alle specifiche previste di documenti di gara;
- richiesto presentazione di campionature a titolo dimostrativo e chiarimenti ad alcune ditte, come previsto dal disciplinare di gara;
- attribuito per i dispositivi conformi, per i lotti dall'1 al 9, da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara, mentre per i device, lotti dal 10 al 14, stabilita la conformità, l'aggiudicazione avverrà a favore di tutti gli operatori economici idonei ad erogare la fornitura nell'ambito dell'accordo quadro;

Evidenziato che dalle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, vengono esclusi dal prosieguo della gara gli operatori economici, per i lotti, ove i dispositivi medici non sono risultati conformi, nonché, per lotti dall'1 al 9, ove l'aggiudicazione è in base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le ditte il cui punteggio ottenuto, dopo la riparametrazione è inferiore a 38,50/70,00 ed infine non vengono ammesse le offerte tecniche per cui non è stato possibile completare e formulare un giudizio, come da motivazioni qui di seguito riportate:

ARS CHIRURGICA - Lotto 2 - Non conforme al capitolato

Diam. corpo protesi aortica da 24 a 31 mm. mentre in capitolato è previsto da 22 a 34 mm.

Diam.gamba iliaca da 10 a 20 mm.; il capitolato richiede da 12 a 23 mm

Scheda tecnica errata nei rapporti diametri e lunghezze

JOTEC – Lotto 3 – Non conforme al capitolato

Diam. gamba iliaca da 10 a 22 mm in capitolato richiesto da 9 a 28 mm

Diam. corpo protesi aortica sino a 32 ed inoltre discrepanza fra schede tecniche descrittive e codici prodotto in riferimento ai diametri



BIOVASCULAR – Lotto 4 – Non conforme al capitolato

Endoprotesi in ePTFE non conforme alle prescrizioni da capitolato richiesto in poliestere -

JOTEC – Lotto 9 – Non conforme al capitolato

Range da 26 a 44 manca il range diam 24 e 42 - Lunghezza sino a 150 e non 200 mm nella versione 2 e 3 come si rileva da documentazione tecnica

NUOVA MONDIAL SERVICE – Lotto 11

Non valutabile - Non presentato campione dimostrativo nè fornita risposta al chiarimento, non rende possibile alla Commissione completare la valutazione ed esprimere un giudizio finale

NUOVA MONDIAL SERVICE – Lotto 12

Non valutabile - Non presentato campione dimostrativo nè fornita risposta al chiarimento, non rende possibile alla Commissione completare la valutazione ed esprimere un giudizio finale

MEDTRONIC - lotto 4 – punti 22,08/70,00

Ampiezza gamma – 30 corpo principale e 23 branca iliaca (tot.53) - p. 22,08

NO/Possibilità di associare un' endoprotesi per rivascolarizzazione dell'arteria ipogastrica – p.0

NO/Possibilità di introdurre il device della gamba iliaca in coassiale con l'introduttore del corpo della protesi – p. 0

JOTEC - lotto 6 – punti 28,53/70,00

Sistema introduzione profilo esterno parzialmente inadeguato – p. 6,00 .

Ampiezza gamma: 37 combinazioni - p.6,07

Pushability, trackability - adeguata - p.11,00

NO/Disponibilità punta precurvata – p.0

SI/Presenza fissaggio prossimale attivo prossimale – p.5

MEDTRONIC - lotto 6 – punti 32,42/70,00

Sistema introduzione profilo esterno: solo calibro da 22 - Inadeguato – p.0

Ampiezza gamma : 42 combinazioni – p. 6,89

Pushability, trackability -ottima - p.20

NO/Disponibilità punta precurvata - p.0

SI/Presenza fissaggio prossimale attivo prossimale - p.5

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

a) di escludere dal prosieguo della gara per le motivazioni espresse in premessa i seguenti operatori economici relativamente ai seguenti lotti:



ARS CHIRURGICA - Lotto 2 - Non conforme al capitolato

Diam. corpo protesi aortica da 24 a 31 mm. mentre in capitolato è previsto da 22 a 34 mm.

Diam.gamba iliaca da 10 a 20 mm.; il capitolato richiede da 12 a 23 mm

Scheda tecnica errata nei rapporti diametri e lunghezze

JOTEC – Lotto 3 – Non conforme al capitolato

Diam. gamba iliaca da 10 a 22 mm in capitolato richiesto da 9 a 28 mm

Diam. corpo protesi aortica sino a 32 ed inoltre discrepanza fra schede tecniche descrittive e codici prodotto in riferimento ai diametri

BIOVASCULAR – Lotto 4 – Non conforme al capitolato

Endoprotesi in ePTFE non conforme alle prescrizioni da capitolato richiesto in poliestere -

JOTEC – Lotto 9 – Non conforme al capitolato

Range da 26 a 44 manca il range diam 24 e 42 - Lunghezza sino a 150 e non 200 mm nella versione 2 e 3 come si rileva da documentazione tecnica

NUOVA MONDIAL SERVICE – Lotto 11

Non valutabile - Non presentato campione dimostrativo nè fornita risposta al chiarimento, non rende possibile alla Commissione completare la valutazione ed esprimere un giudizio finale

NUOVA MONDIAL SERVICE – Lotto 12

Non valutabile - Non presentato campione dimostrativo nè fornita risposta al chiarimento, non rende possibile alla Commissione completare la valutazione ed esprimere un giudizio finale

MEDTRONIC - lotto 4 – punti 22,08/70,00

Ampiezza gamma – 30 corpo principale e 23 branca iliaca (tot.53) - p. 22,08

NO/Possibilità di associare un' endoprotesi per rivascolarizzazione dell'arteria ipogastrica – p.0

NO/Possibilità di introdurre il device della gamba iliaca in coassiale con l'introduttore del corpo della protesi – p. 0

JOTEC - lotto 6 – punti 28,53/70,00

Sistema introduzione profilo esterno parzialmente inadeguato – p. 6,00 .

Ampiezza gamma: 37 combinazioni - p.6,07

Pushability, trackability - adeguata - p.11,00

NO/Disponibilità punta precurvata – p.0

SI/Presenza fissaggio prossimale attivo prossimale – p.5

MEDTRONIC - lotto 6 – punti 32,42/70,00

Sistema introduzione profilo esterno: solo calibro da 22 - Inadeguato – p.0

Ampiezza gamma : 42 combinazioni – p. 6,89



Pushability, trackability -ottima - p.20

NO/Disponibilità punta precurvata - p.0

SI/Presenza fissaggio prossimale attivo prossimale - p.5

b) di darne comunicazione alle ditte interessate della suddetta esclusione ai sensi dell'art 79 del Codice Appalti e di pubblicazione sul sito di questa Azienda la presente determinazione secondo le disposizioni dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

c) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda Usl di Bologna (fascicolo babel 1234/2018);

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Maria Ferrari

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa