



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0003607

DATA: 05/12/2018 12:42

OGGETTO: Procedura Aperta per la fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche ed istochimiche per l'Azienda AUSL, Azienda Ospedaliero Universitaria, l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda Ospedaliera di Ferrara. MODIFICA ALLEGATO A.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

ADOTTATO DA:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0003607_2018_determina_firmata.pdf	Campa Rosanna	97924783DE3A9A58138E7C9659D580299 50BF2D674B07999F6C0161FA8A8AA28



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Procedura Aperta per la fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche ed istochimiche per l'Azienda AUSL, Azienda Ospedaliero Universitaria, l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda Ospedaliera di Ferrara.
MODIFICA ALLEGATO A.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna definisce le deleghe per l'adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l'UO Servizio Acquisti Metropolitano; Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere n.146/2011, n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio suddetto


Premesso che con determina n. 3028 del 17/10/2018 è stata indetta la Procedura Aperta per la **“FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE PER L’AZIENDA AUSL, L’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA, L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, E L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA** divisa in 3 lotti, con scadenza 14/12/2018;

Preso atto che, con nota agli atti dell'Azienda USL, Operatori Economici interessati alla partecipazione chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Lotto 3 “Allegato A, Punto A0-12. Strumento dotato di sistemi di aspirazione e filtrazione per il trattamento dei fumi, completamente chiuso senza necessità di collegamento ad impianto esterno.
REQUISITO INDISPENSABILE

Si chiede di specificare se per allacciamento esterno si intende idrico, ovvero fonte di acqua corrente per la differenziazione dell'ematossilina o altro.

La strumentazione offerta utilizza per la colorazione soluzioni a base acquosa (no EtOH o Xyl), ed è dotata di stufe per l'asciugatura dei vetrini, pre-colorazione (caricamento vetrini bagnati, sezioni appena tagliate) e post-montaggio copri oggetto (i vetrini consegnati dallo strumento a fine ciclo sono già raffreddati e smistabili immediatamente al personale medico). Chiediamo di essere ugualmente ammessi alla presente gara anche se lo strumento offerto necessita di un allacciamento per espellere il calore generato dalle stufe. Un mancato collegamento a cappa o finestra esterna per



la sua dissipazione, porterebbe ad un possibile accumulo di condensa all'interno dello strumento che potrebbe anche compromettere la lettura di barcode 2D presente sui vetrini, compromettendo sia l'interfacciamento al LIS che la tracciabilità della lavorazione del campione”;

2. Lotto 1 “A0-5 Gli anticorpi primari per indagini farmaco-predictive HER2, ALK, PD-L1, indicati in allegato C sezione 1 devono essere idonei e validati per l'eleggibilità al trattamento farmacologico correlato. Alla scrivente risulta che il prodotto ALK idoneo e validato (in automatico) per l'eleggibilità è identificativo di un'unica azienda, si chiede pertanto che tale punto venga rimosso, per garantire la partecipazione alla procedura anche ad altre aziende del settore e, permettere quindi una libera concorrenza”;

Viste la nota mail (4/12/2018 e del tenuta agli atti dell'Azienda USL) del Responsabile Coordinamento Gestione Tecnologie Strumentali e Informatiche del Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell'AOU di Bologna che interpellata in merito fa presente che:

per il **punto 1)** trattandosi di refuso, richiede di eliminare il requisito A0- 12 dell'allegato A sez. A lotto 3
per il **punto 2)** richiede - requisito A0-5 - di modificarlo relativamente a ALK dell'allegato A sez. A lotto 1;

Considerato che è interesse dell'Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare la massima partecipazione alla gara;

Ritenuto, pertanto, di accogliere le richieste del Responsabile Coordinamento Gestione Tecnologie Strumentali e Informatiche del Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell'AOU di Bologna, di modificare l'allegato A sez. A lotti 1 e 3 come sopra precisato anche nell'ottica del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in tema di appalti pubblici;

Considerato quindi opportuno procedere alla variazione suddetta al fine di consentire una maggiore partecipazione delle Aziende alla gara;

Considerato inoltre necessario pubblicare la suddetta variazione, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta.

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1. di modificare l'allegato A sez. A lotti 1 e 3, già approvati con determinazione n. 3028 del 17/10/2018 come meglio indicato in parte narrativa e precisamente:

alla domanda 1:



Lotto 3 "Allegato A, Punto A0-12. Strumento dotato di sistemi di aspirazione e filtrazione per il trattamento dei fumi, completamente chiuso senza necessità di collegamento ad impianto esterno. REQUISITO INDISPENSABILE

Si chiede di specificare se per allacciamento esterno si intende idrico, ovvero fonte di acqua corrente per la differenziazione dell'ematossilina o altro.

La strumentazione offerta utilizza per la colorazione soluzioni a base acquosa (no EtOH o Xyl), ed è dotata di stufe per l'asciugatura dei vetrini, pre-colorazione (caricamento vetrini bagnati, sezioni appena tagliate) e post-montaggio copri oggetto (i vetrini consegnati dallo strumento a fine ciclo sono già raffreddati e smistabili immediatamente al personale medico). Chiediamo di essere ugualmente ammessi alla presente gara anche se lo strumento offerto necessita di un allacciamento per espellere il calore generato dalle stufe. Un mancato collegamento a cappa o finestra esterna per la sua dissipazione, porterebbe ad un possibile accumulo di condensa all'interno dello strumento che potrebbe anche compromettere la lettura di barcode 2D presente sui vetrini, compromettendo sia l'interfacciamento al LIS che la tracciabilità della lavorazione del campione";

si modifica:

trattandosi di refuso, si elimina il requisito A0- 12 dell'allegato A sez. A lotto 3;

alla domanda 2:

Lotto 1 "A0-5 Gli anticorpi primari per indagini farmaco-predittive HER2, ALK, PD-L1, indicati in allegato C sezione 1 devono essere idonei e validati per l'eleggibilità al trattamento farmacologico correlato. Alla scrivente risulta che il prodotto ALK idoneo e validato (in automatico) per l'eleggibilità è identificativo di un'unica azienda, si chiede pertanto che tale punto venga rimosso, per garantire la partecipazione alla procedura anche ad altre aziende del settore e, permettere quindi una libera concorrenza";

si modifica:

requisito A0-5 - relativamente a ALK dell'allegato A sez. A lotto 1, come segue:

"Gli anticorpi primari per indagini farmaco-predittive : HER2 e PDL-1, indicati in allegato C , sez.1, devono essere idonei e validati per l'eleggibilità al trattamento farmacologico correlato";

2. di pubblicare sia sulla piattaforma Sater sia sul profilo di committente dell'Azienda USL di Bologna le risposte ai chiarimenti e i documenti modificati, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Anna Maria Testa

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa