

CARATTERISTICHE	SI/NO
Reagenti/Materiale di consumo x STEROIDI:	
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:	
<input type="checkbox"/> dhea	
<input type="checkbox"/> testosterone	
<input type="checkbox"/> progesterone	
<input type="checkbox"/> deossicorticosterone	
<input type="checkbox"/> Androstenedione	
<input type="checkbox"/> 17-OH progesterone	
<input type="checkbox"/> cortisolo	
<input type="checkbox"/> 11-deossicortisolo	
<input type="checkbox"/> Aldosterone	
Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, ... per tutti i test	
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti	
Reagenti/Materiale di consumo x METANEFRINE	
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:	
<input type="checkbox"/> metanefrina	
<input type="checkbox"/> normetanefrina	
<input type="checkbox"/> 3-OH triptamina	
Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, ... per tutti i test	
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti	
Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPILETICI	
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:	
<input type="checkbox"/> pregabalin	
<input type="checkbox"/> gabapentin	
<input type="checkbox"/> levetiracetam	
<input type="checkbox"/> feniletilmalonamide	
<input type="checkbox"/> etosuccinimide	
<input type="checkbox"/> primidone	
<input type="checkbox"/> acido valproico	
<input type="checkbox"/> sultiamide	
<input type="checkbox"/> lacosamide	
<input type="checkbox"/> zonisamide	
<input type="checkbox"/> felbamato	
<input type="checkbox"/> rufinamide	
<input type="checkbox"/> lamotrigina	
<input type="checkbox"/> carbamazepina	
<input type="checkbox"/> 10-OH carbamazepina	
<input type="checkbox"/> Fenobarbital	
<input type="checkbox"/> Topiramato	
<input type="checkbox"/> Fenitoina	
<input type="checkbox"/> Tiagabina	
<input type="checkbox"/> Retigabina	
<input type="checkbox"/> Perampanel	
<input type="checkbox"/> Stiripentolo	
Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, ... per tutti i test	
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti	
Reagenti/Materiale di consumo x ANTIMICOTICI	
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:	
<input type="checkbox"/> fluconazolo	
<input type="checkbox"/> voriconazolo	
<input type="checkbox"/> caspofungina	
<input type="checkbox"/> posaconazolo	
Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, ... per tutti i test	
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti	
Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPICOTICI	
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:	
<input type="checkbox"/> risperidone	
<input type="checkbox"/> clozapina	
<input type="checkbox"/> quetiapina	
<input type="checkbox"/> olanzapina	
<input type="checkbox"/> aripiprazolo	
<input type="checkbox"/> aloperidolo	
<input type="checkbox"/> paliperidone	
Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, ... per tutti i test	
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti	

