

ALLEGATO A

LOTTO 1 : Sistema analitico per la diagnosi immunologica della infezione tubercolare latente

REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA

RIF.	REQUISITO	SI	NO	SPECIFICARE
A.1	Sistema analitico per la diagnosi immunologica della infezione tubercolare latente IGRA (Interferon-Gamma Releasing assay) (SI/NO, specificare produttore e modello)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
A.2	Sistema completo di analizzatore, kit diagnostici, provette portacampione, sw di calcolo e refertazione e quant'altro necessario per l'esecuzione del test, nulla escluso (SI/NO, descrivere)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
A.3	Assenza di manipolazione del campione nella fase pre-analitica (SI/NO, descrivere)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
A.4	Caricamento del tubo primario , con identificazione positiva dei campioni (SI/NO, specificare)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
A.5	Esecuzione del test in completa automazione, dal caricamento del campione, alla produzione del referto (SI/NO, specificare)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
A.6	La strumentazione , le provette ed i kit devono essere dotati di marchio CE secondo la Direttiva CE 98/79	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
A.7	Tempo intervento tecnico in loco : massimo 48 ore dalla chiamata, festivi esclusi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
A.8	Tempo di ripristino : max 72 ore dalla chiamata, festivi esclusi.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
A.9	Interfacciamento al LIS del laboratorio (DNALAB/HALIA) incluse le componenti hw e sw necessarie	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	