



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0002644  
DATA: 28/10/2022 10:02  
OGGETTO: Det. n. 2306 del 26/09/2022 - Gara telematica - PI 248784-22. Procedura Aperta suddivisa in lotti, per la fornitura di sistemi di accesso venoso ed arterioso e dispositivi di fissaggio per le esigenze delle Aziende Sanitarie in AVEC. Rettifica al Disciplinare di gara e ai relativi Allegati nn. 2 e 3 .

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

### ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0002644_2022_determina_firmata.pdf	Campa Rosanna	BB156EF7A25A782E20002E0B47B2032E167E3E64B15B01CA22FC7B7800F728BA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Det. n. 2306 del 26/09/2022 - Gara telematica - PI 248784-22. Procedura Aperta suddivisa in lotti, per la fornitura di sistemi di accesso venoso ed arterioso e dispositivi di fissaggio per le esigenze delle Aziende Sanitarie in AVEC. Rettifica al Disciplinare di gara e ai relativi Allegati nn. 2 e 3 .

## **IL DIRETTORE**

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell'Area Vasta Emilia Centrale e contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022;

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;

Visto che con delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano era stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Richiamate le determine:

- n. 2306 del 26.09.2022 avente per oggetto "Determina a contrarre per l'indizione di n. 2 Procedure aperte, fra cui la fornitura di sistemi di accesso venoso ed arterioso (cicc,picc, midline. port, tunnellizzati) e dispositivi di fissaggio per l'Ausl Bologna (AUSLBO) per conto dell'IRCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (IRCS AOUBO), dell'Ausl Imola, dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (AOUFE) e dell'Ausl Ferrara (AUSLFE) per un importo massimo complessivo di €. 6.030.616,00 IVA esclusa, indetta in forma telematica sulla piattaforma Sater n. PI 248784-22 suddivisa in 33 lotti, per un periodo di 2 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni, importo massimo per 2 anni da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50 /2016;



- n. 2517 del 17.10.2022, con la quale sono state apportate, le variazioni agli Allegati nn. 2 e 3 del Disciplinare di gara ed al Registro di Sistema su piattaforma SATER PI248784-22, dandone pubblicazione sulla piattaforma Sater e sul sito istituzionale dell'Ausl Bo;

Preso atto delle richieste di chiarimento sono pervenute al Servizio Acquisti Area Vasta, su portare Sater da parte degli operatori economici e che a seguito di successive verifiche risulta necessario, anche al fine di garantire la massima partecipazione, apportare le variazioni e le integrazioni ai seguenti lotti:

- **Lotto 7** - La misurazione sia del monolume che del bilume, catetere e kit procedurale viene rettificata così anziché 4 e 5 fr. si intendono 4 e/o 5fr.
  
- **Lotto 18** - Allegato 3- Parametri e Punteggi. Viene inserito il parametro “ *Presenza di due o più lumi ad alte pressioni*” e rimodulati i punteggi dei parametri di **valutazione come sotto riportati** :
  - Resistenza ad alte pressioni > di 300 psi - punti 10 - (T-0/1)
  - Presenza di due o più lumi ad alte pressioni - punti 6 - (T-0/1)
  - Affilatura dell'ago - punti 10 – (D)
  - Ecogenicità dell'ago – punti 10 - (D)
  - Atraumaticità del catetere - punti 10 – (D)
  - Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip - punti 6 – (D)
  - Atraumaticità delle estremità della guida metallica - punti 6- (D)
  - Packaging(es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) – punti 6 – (D)
  - Presenza di siringa con sistema di sicurezza - punti 6 — (T-0/1)

**Lotto 24** - Allegato 3- Parametri e Punteggi. Vengono inseriti i parametri “*Presenza di clamp*” e “ *Affidabilità del sistema di fissaggio*” e rimodulati i punteggi dei parametri di **valutazione come sotto riportati** :

- Ecogenicità dell'ago – punti 10 - (D)
- Presenza di filo guida in nitinol – punti 10 (T 0/1)
- Presenza di clamps - punti 5 – (T-0/1)
- Affidabilità del sistema di fissaggio –punti 5 – (D)
- Presenza del sistema di sicurezza –punti 10 – (T 0/1)
- Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip - punti 10 - (D)
- Ampia gamma misure - punti 10- (D)



- Packaging(es:invitoall'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) – punti 10 - (D)
- Variazione al punto 15.2 Offerta tecnica, pag 27 del Disciplinare di gara la seguente frase Non sono ammessi dispositivi medici assemblati viene così modificata “ *P ossono essere presentati dispositivi assemblati purchè confezionati in un' unica confezione con etichetta con ref ed una unica scadenza e registrati nel sito Ministeriale, secondo la Normativa Vigente*”

Preso atto che le modifiche sopra menzionate sono oggetto di variazioni ed integrazioni da apportare al Disciplinare di gara ed ai relativi Allegati n.2 Caratteristiche tecniche e n.3 Parametri e Punteggi e al Registro di Sistema su piattaforma SATER PI248784-22,

Ritenuto pertanto modificare quanto sopra esposto, pubblicando i chiarimenti sulla piattaforma Sater e sul sito istituzionale dell'Ausl Bo;

### **Determina**

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1) di approvare le rettifiche che saranno oggetto di variazioni ed integrazioni da apportare da apportare al Disciplinare di gara ed ai relativi Allegati n.2 Caratteristiche tecniche e n.3 Parametri e Punteggi e al Registro di Sistema su piattaforma SATER PI248784-22,

- **Lotto 7** - La misurazione sia del monolume che del bilume, catetere e kit procedurale viene rettificata così anziché 4 e 5 fr. si intendono 4 e/o 5fr.
- **Lotto 18** - Allegato 3- Parametri e Punteggi. Viene inserito il parametro “ *Presenza di due o più lumi ad alte pressioni*” e rimodulati i punteggi dei parametri di **valutazione come sotto riportati** :
  - Resistenza ad alte pressioni > di 300 psi - punti 10 - (T-0/1)
  - Presenza di due o più lumi ad alte pressioni - punti 6 - (T-0/1)
  - Affilatura dell'ago - punti 10 – (D)
  - Ecogenicità dell'ago – punti 10 - (D)
  - Atraumaticità del catetere - punti 10 – (D)



- Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip - punti 6 – (D)
- Atraumaticità delle estremità della guida metallica - punti 6- (D)
- Packaging(es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) – punti 6 – (D)
- Presenza di siringa con sistema di sicurezza - punti 6 — (T-0/1)

**Lotto 24** - Allegato 3- Parametri e Punteggi. Vengono inseriti i parametri

“Presenza di clamp” e “ Affidabilità del sistema di fissaggio” e rimodulati i punteggi dei parametri di **valutazione come sotto riportati** :

- Ecogenicità dell'ago – punti 10 - (D)
  - Presenza di filo guida in nitinol – punti 10 (T 0/1)
  - Presenza di clamps - punti 5 – (T-0/1)
  - Affidabilità del sistema di fissaggio –punti 5 – (D)
  - Presenza del sistema di sicurezza –punti 10 – (T 0/1)
  - Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip - punti 10 - (D)
  - Ampia gamma misure - punti 10- (D)
  - Packaging(es:invitoall'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) – punti 10 - (D)
- 
- Variazione al punto 15.2 Offerta tecnica, pag 27 del Disciplinare di gara la seguente frase Non sono ammessi dispositivi medici assemblati viene così modificata “ *P ossono essere presentati dispositivi assemblati purchè confezionati in un' unica confezione con etichetta con ref ed una unica scadenza e registrati nel sito Ministeriale, secondo la Normativa Vigente*”

2) di pubblicare altresì sulla piattaforma Sater e sul sito istituzionale dell'Ausl Bo, la revisione del Disciplinare di gara e relativi Allegati nn. 2 e 3;

3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs 50 /2016 e s.m.i., sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di Bologna;

4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda Usl di Bologna (fascicolo babel 1658/2022);



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Maria Ferrari

Firmato digitalmente da:  
Rosanna Campa