

Allegato F - Parametri di valutazione

PARAMETRI		CRITERI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI
1	D	STRUMENTARIO - Ergonomia, semplicità di utilizzo, versatilità	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche dello strumentario indicate nel criterio.	INDICATI DETTAGLIATAMENTE PER OGNI LOTTO NELL'ALLEGATO B Riepilogo lotti
2	D	STRUMENTARIO - Completezza	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche dello strumentario indicate nel criterio.	
3	D	STRUMENTARIO - Qualità della fonte luminosa	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche dello strumentario indicate nel criterio.	
4	D	STRUMENTARIO - Qualità del fissaggio tavolo di lavoro	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche dello strumentario indicate nel criterio.	
5	D	STRUMENTARIO - Qualità del sistema di distrazione da fissare al tavolo di lavoro	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche dello strumentario indicate nel criterio.	
6	D	STRUMENTARIO - Qualità della camera di lavoro	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche dello strumentario indicate nel criterio.	
7	D	STRUMENTARIO - Qualità delle maschere dedicate all'introduzione della vite o di accessori dedicati funzionalmente sovrapponibili	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche dello strumentario indicate nel criterio.	
8	D	IMPIANTABILE - Viti: ampiezza gamma misure	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse misure	
9	D	IMPIANTABILE - Viti: ampiezza gamma tipologie, misure, materiali	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure, materiali e varietà disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse opzioni.	
10	T	IMPIANTABILE - Assenza di Nickel (certificata)	Il punteggio verrà attribuito a fronte di certificazione atta a dimostrare l'assenza di nickel dal dispositivo	
11	T	IMPIANTABILE - Viti fenestrate	Il punteggio verrà attribuito a fronte della disponibilità di viti fenestrate	
12	T	IMPIANTABILE - Viti sacrali/Iliache	Il punteggio verrà attribuito a fronte della disponibilità di viti sacrali/Iliache	
13	T	IMPIANTABILE - Viti cementabili	Il punteggio verrà attribuito a fronte della disponibilità di viti cementabili	
14	D	IMPIANTABILE - Barre e altri elementi: ampiezza gamma tipologie, misure, materiali	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure, materiali e varietà disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse opzioni.	
15	D	IMPIANTABILE - Ampiezza gamma tipologie, misure e materiali	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure, materiali e varietà disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse opzioni.	
16	D	IMPIANTABILE - Ampiezza gamma tipologie e misure	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure e varietà disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse opzioni.	

17	D	IMPIANTABILE - Ampiezza gamma materiali	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma dei materiali disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse opzioni.
18	Q invers	IMPIANTABILE -Altezza profilo	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che presenta il profilo più basso, e proporzionalmente agli altri dispositivi
19	D	IMPIANTABILE -Qualità del sistema di ritenzione	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche indicate nel criterio.
20	D	IMPIANTABILE - Possibilità e caratteristiche di compressione/distrazione	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche indicate nel criterio.
21	D	IMPIANTABILE - Spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo	Il punteggio verrà attribuito in base allo spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo, tenendo conto di soluzioni diverse che consentano la fusione vertebrale anche con quantità di materiale molto ridotta o assente.
22	T	IMPIANTABILE - Possibilità variazione inclinazione piatti	Il punteggio verrà attribuito a fronte della possibilità di variazione di inclinazione dei piatti
23	D	IMPIANTABILE - Ampiezza gamma sistemi di ancoraggio vertebrale	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma varietà di dispositivi disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse opzioni.
24	T	IMPIANTABILE - Compatibilità con tutti i tipi di barre (toraciche e cervicali) o sistema di aggancio direttamente alla tulip	Il punteggio verrà attribuito a fronte della compatibilità dei dispositivi con tutti i tipi di barre (toraciche e cervicali) o a fronte della presenza di un sistema di aggancio direttamente alla tulip
25	D	Facilità di applicazione	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche indicate nel criterio.
26	D	Ampiezza gamma tipologie e misure	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure e varietà disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse opzioni.
27	T	Compatibilità RMN	Il punteggio verrà attribuito a fronte di dichiarazione atta a dimostrare la compatibilità del dispositivo con RMN La classe di rischio a cui viene fatto riferimento è relativa a quanto riportato dall'American Society for Testing and Materials. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al possesso del requisito di compatibilità con risonanza magnetica MR Safe o, considerata la particolare caratteristica dei prodotti in questione che hanno sempre componenti metalliche, al possesso del requisito di compatibilità con risonanza magnetica MR conditional.
28	D	Caratteristiche del sistema espansione	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche indicate nel criterio.
29	Q	Pressione massima di insuflaggio	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che presenta la pressione massima di insuflaggio maggiore, e proporzionalmente agli altri dispositivi
30	D	Praticità miscelazione	Il punteggio verrà attribuito con riferimento alle caratteristiche indicate nel criterio.

INDICATI DETTAGLIATAMENTE PER OGNI LOTTO NELL'ALLEGATO B Riepilogo lotti

31	D	Ampiezza gamma aghi	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure e varietà di aghi disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse opzioni.
32	D	Ampiezza gamma cementi	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure e varietà di cementi disponibili, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle diverse opzioni.