

Allegato D - Parametri di valutazione

	TIPO DI PARAMETRO	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
LOTTO 1	D	Ampiezza gamma delle misure	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Facilità di posizionamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Rimovibilità per trazione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 2	D	Affidabilità e robustezza delle ancorette	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Maneggevolezza del sistema di dilatazione progressiva	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 3	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	T	Presenza doppio accesso per somministrazione farmaci	SI = 20 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	Q	Tempo massimo (espresso in giorni) di permanenza in SITU dichiarato in scheda tecnica	max 10	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
LOTTO 4	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 60	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	Q	Tempo massimo (espresso in giorni) di permanenza in SITU dichiarato in scheda tecnica	max 10	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
LOTTO 5	D	Facilità di posizionamento	max 50	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 6	D	Facilità di posizionamento	max 50	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 7	D	Ampiezza gamma dei diametri del retino	max 30	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Robustezza	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Capacità di rotazione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 8	Q	Maggior numero dei comparti	max 30	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
	D	Capacità di separare il polipo dal materiale di scarto	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 9	T	Marcatura markers visivi di riferimento	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	T	Guaina in acciaio	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Resistenza ad azionamenti multipli	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della presa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Qualità del frustolo bioptico	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 10	D	Resistenza ad azionamenti multipli	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della presa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza della presa	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 11	D	Facilità di montaggio sulla punta dell'endoscopio	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Stabilità	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Robustezza del materiale	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 12	D	Agevole fuoriuscita dell'ago con tutti gli strumenti e in tutte le situazioni	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Agevole penetrazione nella sottomucosa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità di iniezione	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	T	Blocco e controllo in entrata e in uscita dell'ago	SI = 20 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
LOTTO 13	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Variabilità delle forme dell'ansa	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di forme disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie forme
	D	Funzionalità d'uso (risposta apertura/ chiusura alla max angolazione dello strumento)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Possibilità di rotazione	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Buona forza di presa del tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 14	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Variabilità delle forme dell'ansa	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di forme disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie forme
	D	Funzionalità d'uso (risposta apertura/ chiusura alla max angolazione dello strumento)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Possibilità di rotazione	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	D	Buona forza di presa del tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 15	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Variabilità delle forme dell'ansa	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di forme disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie forme
	D	Funzionalità d'uso (risposta apertura/ chiusura alla max angolazione dello strumento)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Possibilità di rotazione	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Buona forza di presa del tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 16	D	Ampiezza della gamma	max 15	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma disponibile, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo
	D	Pressione massima raggiungibile per misura	max 15	La caratteristica indicata nel criterio sarà considerata non soltanto in base al suo valore numerico, ma anche con una valutazione discrezionale della stessa
	T	Descrizione in scheda tecnica delle pressioni relative ai rispettivi diametri	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	T	Descrizione in etichetta delle pressioni relative ai rispettivi diametri	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Affidabilità e robustezza del materiale	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 17	Q	Numerosità dei lacci per caricatore	max 10	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
	D	Cap con visibilità maggiorata	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Manico ergonomico con click udibile al rilascio di ogni elastico	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	D	Sistema di sgancio degli elastici tramite cavetto di acciaio atraumatico sulla varice	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 18	D	Uniformità e ampiezza della superficie irrigata con il colorante	max 50	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità d'uso	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 19	T	Guaina in acciaio	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Resistenza ad azionamenti multipli	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della presa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia e precisione dell'effetto termocoagulativo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Capacità di preservare il campione tissutale	max 15	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 20	Q	Numerosità dei lacci per caricatore	max 10	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
	D	Cap con visibilità maggiorata	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Manico ergonomico con click udibile al rilascio di ogni elastico	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Sistema di sgancio degli elastici tramite cavetto di acciaio atraumatico sulla varice	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 21	D	Atraumaticità della punta	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Portanza (capacità di mantenere l'asse desiderato durante il posizionamento della protesi)	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Flessibilità del filo guida	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	T	Radiopacità	SI = 10 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

LOTTO 22	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto di sollevamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Effetto di colorazione della sottomucosa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 23	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Scorrevolezza del filo guida	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Visibilità markers radio-opachi	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
LOTTO 24	D	Maneggevolezza d'uso	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Atraumaticità del sistema di inserzione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Tenuta del sistema a valvola per l'introduzione del gastroscopio	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 25	D	Maneggevolezza d'uso	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Atraumaticità del sistema di inserzione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Stabilità	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 26	D	Visibilità del colorante	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto colorante	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Atossicità nel caso di iniezione accidentale nel peritoneo	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 27	D	Efficacia del sistema di rilascio	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Forza di presa sul tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Variabilità dei modelli a seconda delle indicazioni d'uso	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 28	D	Praticità di utilizzo	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia di presa del tessuto	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 29	D	Praticità di utilizzo	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia di presa del tessuto	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 30	D	Efficacia di presa del tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia del taglio	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza in sede della clip dopo la resezione della lesione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 31	D	Capacità di rotazione	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della presa sul tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità del sistema di rimozione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Possibilità di utilizzo con duodenoscopia in posizione anche molto angolata	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 32	D	Efficacia dell'effetto emostatico	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto di emostasi	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 33	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto emostatico	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto di emostasi	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 34	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto emostatico	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto di emostasi	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 35	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto emostatico	max 15	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto di emostasi	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto di infiltrazione della sottomucosa	max 15	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della ablazione tissutale	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 36	D	Praticità di utilizzo	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Capacità di riservare una adeguata visione endoscopica	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Buona presa sul tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dei punti di sutura	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 37	D	Praticità di utilizzo	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Capacità dell'effetto dilatante	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Effettiva biodegradabilità nei tempi dichiarati	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 38	D	Ampiezza della presa	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Precisione dell'effetto di resezione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Capacità di trattenere multipli frammenti bioptici	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 39	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Durata dell'effetto di aspirazione continua	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità della rimozione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 40	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Durata dell'effetto di aspirazione continua	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità della rimozione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 41	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Durata dell'effetto di aspirazione continua	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità della rimozione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 42	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto di ablazione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	D	Sicurezza di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 43	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Qualità dell'immagine endoscopica	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Flessibilità e portanza dello strumento	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ergonomia complessiva	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 44	D	Precisione del controllo del sistema di apertura delle flange	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della penetrazione tissutale della punta	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Forza di approssimazione tra i visceri	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 45	D	Precisione del controllo dell'effetto di ablazione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Prevenzione della dispersione della radiofrequenza sul tessuto sano	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 46	D	Efficacia della penetrazione tissutale della punta	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Scorrevolezza sul filo guida	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità di applicazione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 47	D	Tenuta del gonfiaggio con liquido	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	D	Resistenza durante l'esame	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 48	D	Facilità di posizionamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 40	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
LOTTO 49	D	Ampiezza della gamma	max 15	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma disponibile, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo
	D	Pressione massima raggiungibile per misura	max 15	La caratteristica indicata nel criterio sarà considerata non soltanto in base al suo valore numerico, ma anche con una valutazione discrezionale della stessa
	T	Descrizione in scheda tecnica delle pressioni relative ai rispettivi diametri	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	T	Descrizione in etichetta delle pressioni relative ai rispettivi diametri	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Affidabilità e robustezza del materiale	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 50	T	Presenza di entrambe le forme (RETTE e PRECURVATE)	SI = 20 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Diverse fogge della parte distale in estrusione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma disponibile, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo
	D	Funzionalità d'uso	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 51	D	Ampiezza gamma delle misure	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Memoria del cestello	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Semplicità del meccanismo di assemblaggio	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 52	D	Visibilità radiologica	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTT	D	Maneggevolezza ad eseguire il brushing	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 53	D	Facilità di posizionamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 40	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
LOTTO 54	D	Ampiezza gamma diametri	max 30	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Atraumaticita' del tubo di trasferimento nasale	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità di lavaggio/iniezione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 55	D	Variabilità dei diametri	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Resistenza del pallone	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità d'iniezione del contrasto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 56	D	Facilità di posizionamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 40	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
LOTTO 57	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto della litotrissia	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Durata della sonda	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTT 58	D	Praticità di fissaggio	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTT	D	Tenuta del filo guida	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 59	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Qualità dell'immagine endoscopica	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Flessibilità e portanza dello strumento	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ergonomia complessiva	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 60	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Atramauticità	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della detersione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 61	D	Comfort per il paziente	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma dei diametri di apertura	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Scorrevolezza dell'endoscopio	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia del sistema bloccante	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio