



Pad.	Piano	Ala	Codice Locale	Denominazione UdP	Tipo Bene presente	Marca	Modello	Inventario	FOTO	note edili	note meccanico	note elettrico	Bene da fornire
2	1	B	002+1B036	U.O. MEDICINA INTERNA E MALATTIE IMMUNO REUMATOLOGICHE U.O. GASTROENTEROLOGIA DEGENZE	MACERATORE + LAVAPADELLE	PROMOS/ATOS	HAIGH SLUICEMASTER QUATTRO/AF2 60PET.G	115216 + 62396		fi60 in fi100 + fi100 in fi100 a muro su basamento	Alimentazione acqua fredda presente. Se necessiterà acqua calda è presente un impianto dal quale staccarsi e collegare la macchina	entrambe monofase blu	N°1 Lavapadelle
2	1	E	002+1E036	U.O. SEMEIOLOGIA MEDICA DEGENZA	MACERATORE	PROMOS	HAIGH SLUICEMASTER QUATTRO	115215		fi60 in fi100 a pavimento su basamento	alimentazione acqua fredda presente. Se necessiterà acqua calda è presente un impianto dal quale staccarsi e collegare la macchina	monofase blu	N°1 Lavapadelle
5	0	G	005+0G021	U.O. CHIRURGIA DEL TRATTO ALIMENTARE DEGENZA	MACERATORE	PROMOS	HAIGH SLUICEMASTER QUATTRO	115233		fi60 in fi110 a pavimento	Alimentazione acqua fredda ed acqua calda presente	monofase blu	N°1 Lavapadelle
5	1	G	005+1G014	U.O. MEDICINA INTERNA + MALATTIE INFIAMMATORIE + NUTRIZIONE CLINICA	LAVAPADELLE	ATOS	AF2 60PET.G	62399		fi110 in fi110 a pavimento	Alimentazione acqua fredda ed acqua calda presente	monofase blu	N°1 Lavapadelle

Pad.	Piano	Ala	Codice Locale	Denominazione UdP	Tipo Bene presente	Marca	Modello	Inventario	FOTO	note edili	note meccanico	note elettrico	Bene da fornire
5	3	H	005+3H086	U.O. ANESTESIOLOGIA E T.I. POLIVALENTE	MACERATORE	PROMOS	HAIGH SLUICEMASTER QUATTRO	115241		fi60 in fi110 a muro	Alimentazione acqua fredda ed acqua calda presente	monofase blu	N°1 Lavapadelle
15	1	A	015+1A036	U.O. PNEUMOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA RESPIRATORIA DEGENZE	LAVAPADELLE	ATOS	AF2 60PET.G	70155		fi100 a pavimento	Alimentazione acqua fredda presente. Alimentazione acqua calda da verificare	monofase blu a gomito	N°1 Lavapadelle
15	1	A	015+1A067	U.O. PNEUMOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA RESPIRATORIA DEGENZE	LAVAPADELLE	ATOS	AF2 60PET.G	64970		fi100 a pavimento	Alimentazione acqua fredda ed acqua calda presente	cavo elettrico che esce dal quadro	N°1 Lavapadelle
15	2	A	015+2A050	U.O. NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO	LAVAPADELLE	ATOS	AF2 60PET.G	62395		non visibile	Alimentazione acqua fredda presente. Alimentazione acqua calda da verificare	monofase blu a gomito	N°1 Lavapadelle

Pad.	Piano	Ala	Codice Locale	Denominazione UdP	Tipo Bene presente	Marca	Modello	Inventario	FOTO	note edili	note meccanico	note elettrico	Bene da fornire
23	0	A	023+0A018	U.O. TERAPIA SEMINTENSIVA	MACERATORE	PROMOS	HAIGH SLUICEMASTER QUATTRO	115260		fi60 in fi110 a pavimento	Alimentazione acqua fredda ed acqua calda presente	monofase blu	N°1 Lavapadelle
23	1	C	023+1C015	DEGENZA BASSA INTENSITA'	MACERATORE	PROMOS	HAIGH SLUICEMASTER QUATTRO	115259		fi60 in fi110 a pavimento	Alimentazione acqua fredda ed acqua calda presente	monofase blu	N°1 Lavapadelle
23	3	C	023+3C039	DEGENZA ALTA INTENSITA' T.I.	LAVAPADELLE	ATOS	AF2 60PET.G	62401		fi100 in fi100 a pavimento	Alimentazione acqua fredda presente. Alimentazione acqua calda da verificare	monofase blu	N°1 Lavapadelle
29	1	B	029+1B014	U.O. DERMATOLOGIA D.H.	MACERATORE	PROMOS	HAIGH SLUICEMASTER QUATTRO	115254		fi60 in fi100 a muro	Alimentazione ad acqua fredda presente. Se necessiterà acqua calda è presente un impianto dal quale staccarsi e collegare la macchina	IT 16A in presa blu	N°1 Lavapadelle

Pad.	Piano	Ala	Codice Locale	Denominazione UdP	Tipo Bene presente	Marca	Modello	Inventario	FOTO	note edili	note meccanico	note elettrico	Bene da fornire
29	1	F	029+1F004	U.O. IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE - AFERESI	MACERATORE	PROMOS	HAIGH SLUICEMASTER QUATTRO	115261		fi60 in fi60 a muro	Alimentazione ad acqua fredda presente. Se necessiterà acqua calda è presente un impianto dal quale staccarsi e collegare la macchina	monofase blu	N°1 Lavapadelle