



## Allegato 2

### SPECIFICHE MATERIALE MONOUSO

Le categorie dei prodotti da ritenere indispensabili per la completezza dell'offerta sono le seguenti:

1. Padella monouso tipo "europeo"
2. Padella monouso tipo "italiana" (è richiesta la disponibilità del relativo copripadella – punto 3)
3. Copripadella per Padella monouso tipo "italiana"
4. Pappagallo
5. Arcella Reniforme
6. Catino grande
7. Catino piccolo
8. Vasino multiuso/bacinella per uso generico di capacità non inferiore a Lt 0,800 (è richiesta la disponibilità del relativo coperchio – punto 9)
9. Coperchio per Vasino multiuso/bacinella per uso generico di capacità non inferiore a Lt 0,800
10. Caraffa millimetrata di capacità non inferiore a Lt 1
11. Contenitore per espettorato (è richiesta la disponibilità del relativo coperchio – punto 12)
12. Coperchio per Contenitore per espettorato

Il fabbisogno presunto **annuo** dei suddetti prodotti è il seguente:

#### AUSL di Bologna

TIPOLOGIA	quantità
Padella monouso tipo "europeo"	1
Padella monouso tipo "italiana"	46.000
Pappagallo	78.000
Arcella reniforme	680.000
Catino grande	95.000
Caraffa millimetrata	290.000
Contenitore espettorato	2.300
Catino piccolo	15.000
Vasino multiuso/bacinella	1

La ditta dovrà fornire ed installare in comodato d'uso gratuito i seguenti prodotti:

- Distributori
- Rastrelliere per supporti
- Supporto per padella tipo "italiana"
- Supporto per padella tipo "europeo"

nelle quantità necessarie al fabbisogno dei vari reparti.

I dispositivi monouso, fabbricati con cellulosa o preferibilmente con cellulosa riciclata (stessa tipologia di materiale impiegato per la carta igienica), dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- idrorepellenza (resistenza alla penetrazione da parte dell'acqua per un periodo minimo di quattro ore);
- biodegradabilità;
- anallergenicità;
- bordi e spigoli arrotondati;
- superficie di contatto liscia



- assenza di lattice

Distributori e rastrelliere dovranno essere in materiale metallico inossidabile o plastico, facilmente lavabile, resistenti alla disinfezione con cloroderivati, atti a contenere i supporti e i materiali monouso.

La ditta dovrà indicare le metodologie di controllo di qualità alle quali vengono sottoposti i prodotti durante le fasi di fabbricazione e i relativi periodi di esecuzione degli stessi.

I dispositivi monouso e i relativi supporti dovranno essere conformi al Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successive modificazioni

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima dell'inizio della fornitura, copia della documentazione presentata al Ministero della Salute con dimostrazione dell'avvenuto ricevimento da parte dello stesso, relativamente alla conformità al Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modificazioni, oppure autodichiarazione relativa all'avvenuto invio dei dati richiesti al Ministero della Salute per l'immissione in commercio dei dispositivi.