

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 1 – PROIETTORE

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO

Proiettore ottotipo da collocare presso gli ambulatori di oculistica dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna e dell'Area Vasta.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

- Distanza di proiezione in un range da 2,5 a 5 m circa;
- Sorgente luminosa a LED;
- Test disponibili: almeno 30 (tra cui ad esempio maschere rosso-verde, polarizzate, numeri, test per bambini, ecc.);
- Tipo Iso-Decimale;
- Completo di: Schermo per proiezione, telecomando, supporto a parete ed adeguato sistema per installazione/ancoraggio su parete o appoggio su mensola;
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.