

Allegato A1 - Questionario tecnico

LOTTO 3 - Sistemi di riscaldamento pazienti ad aria per la gestione della normotermia intra- e post-operatoria

1	Caratteristiche Generali	Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione)	(specificare)
1.1	Produttore (Indicare)		
1.2	Fornitore (Indicare)		
1.3	Nome commerciale/Modello (Indicare)		
1.4	Destinazione d'uso (Indicare)		
1.5	Utilizzabile almeno su pazienti adulti e pediatrici (indicare e specificare anche se idoneo all'uso su pazienti neonatali)	E	
2	Caratteristiche Tecniche	Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione)	descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
2.1	Sistemi di riscaldamento ad aria calda per la gestione della normotermia per utilizzo preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio e terapia intensiva	E	
2.2	Sistema posizionabile su carrello o agganciato al letto. Devono essere inclusi e messi a disposizione tutti gli accessori necessari (morsetti, piantana, ...) al posizionamento preferito che verrà definito solo all'atto dell'ordine		
2.3	Possibilità di regolazione della temperatura a diversi livelli di trattamento		
2.4	Display di visualizzazione della temperatura impostata		
2.5	Dotato di filtro dell'aria	E	
2.7	Temperatura massima pari a circa 42°		
2.8	Tubo di collegamento di lunghezza adeguata		
2.9	Controllo accurato della temperatura dell'aria in uscita		
2.10	Allarmi di sicurezza, sonori e visivi, per il controllo del funzionamento:		
2.10.1	temperatura minima		
2.10.2	temperatura massima	E	
3	Materiale di consumo	Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione)	descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
3.1	Coperte riscaldanti che garantiscano un agevole posizionamento da parte del personale sanitario sia sopra che sotto il paziente (adulto/pediatrico)	E	
3.2	Distribuzione uniforme di temperatura su tutta la zona di interesse	E	
3.3	Gamma applicazioni e misure (specificare)		
3.4	Possibilità di coprire il paziente interamente o parzialmente		
3.5	Monopazienti	E	
3.6	Ignifughe	E	
3.7	Prive di lattice	E	
3.8	Peso limitato (indicare)		
3.9	Radiotrasparenti	E	
3.10	Resistenti agli strappi	E	
3.11	Elettricamente non conduttive	E	
4	Altre caratteristiche	Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione)	descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
4.1	Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (per i legacy devices) o al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)	E	
4.2	Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali		
4.3	Conformità alle norme tecniche vigenti in campo nazionale e internazionale		
4.4	Eventuali altre caratteristiche migliorative non descritte nei punti precedenti incluse in offerta		