

LOTTO 3

Sistemi di riscaldamento pazienti ad aria per la gestione della normotermia intra- e post-operatoria

- Sistemi di riscaldamento ad aria calda per la gestione della normotermia per utilizzo preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio e terapia intensiva
- Sistema posizionabile su carrello o agganciato al letto. Devono essere inclusi e messi a disposizione tutti gli accessori necessari (morsetti, piantana, ...) al posizionamento preferito che verrà definito solo all'atto dell'ordine.
- Possibilità di regolazione della temperatura a diversi livelli di trattamento
- Display di visualizzazione della temperatura impostata
- Dotato di filtro dell'aria
- Funzionamento silenzioso
- Temperatura massima pari a circa 42°
- Tubo di collegamento di lunghezza adeguata
- Controllo accurato della temperatura dell'aria in uscita
- Allarme di sicurezza, sonoro e visivo, per il controllo della temperatura minima e massima e del funzionamento
- Semplicità d'uso e sicurezza di collegamento
- Dimensioni e peso limitati

L'aggiudicatario dovrà fornire per l'intero periodo di efficacia contrattuale (senza alcun onere aggiuntivo) il filtro HEPA (necessario al perfetto funzionamento dell'apparecchio). Il filtro dovrà essere sostituito (a carico dell'aggiudicatario) alle scadenze previste dal produttore e riportate negli atti tecnici dell'apparecchiatura (manuale operativo, ecc.). Sono a carico dell'aggiudicatario il ritiro e lo smaltimento dei filtri sostituiti.

MATERIALE DI CONSUMO:

- Coperte riscaldanti (adulte e pediatriche) che garantiscano una uniforme distribuzione di temperatura su tutta la zona di interesse, di varie misure e con possibilità di coprire il paziente interamente o parzialmente, monopazienti, ignifughe, prive di lattice e peso limitato, radiotrasparenti, resistenti agli strappi, elettricamente non conduttive. Devono essere confortevoli e sicure per il paziente, posizionabili sopra e sotto il paziente e garantire un agevole posizionamento da parte del personale sanitario.