

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 <i>Ministero della Salute</i>  Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 1 – FIBROSCOPIO

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO

Fibroscopio da collocare presso gli ambulatori di ORL dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna per lo svolgimento dell'attività di rinoscopia e laringoscopia a fibre ottiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

- Fibrorinolaringoscopia che risponda agli obiettivi della fornitura sopra descritti e con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:
 - diametro inserzione non superiore a 3,5 mm;
 - lunghezza di lavoro circa 30 cm;
 - deflessione distale circa 180°/90°;
 - campo di vista non inferiore a circa 70°;
 - ampia profondità di campo (indicativamente da 3 mm a 50 mm).

Completo di:

- tester di tenuta dedicato;
- tutti gli accessori necessari per pulizia e sterilizzazione;
- eventuali adattatori/raccordi che si rendessero necessari per il collegamento alla fonte luce.
- fonte luminosa portatile a batteria.

Da quotare separatamente:

Fonte luminosa:

- Compatta
- Almeno 5000 °K e 140.000 lux
- Cavo luce autoclavabile per fibroscopio
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

MATERIALE DI CONSUMO

