

## **Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

### **LOTTO 2 – OTOSCOPIO DIRETTO**

#### **DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO**

Otoscopio per gli ambulatori specialistici dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA**

- Otoscopio diretto a fibre ottiche con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:
  - Funzionante a batteria
  - Lente che consenta ingrandimento almeno 3,0x
  - Possibilità di utilizzo sia con sia senza lente
  - Specula monouso
  - Peso ridotto
- Completo di:
  - astuccio rigido o analogo sistema di protezione
  - manico
  - batterie
  - tutti gli accessori necessari al corretto e sicuro utilizzo e funzionamento
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**

#### **MATERIALE DI CONSUMO**

La ditta dovrà indicare chiaramente se e quale materiale di consumo sia necessario e se questo sia dedicato. L'offerta economica dovrà essere comprensiva della quotazione di tutto il materiale di consumo dedicato/esclusivo e non dedicato.

#### **REQUISITI NORMATIVI**

Dovranno inoltre essere forniti:

- copia della dichiarazione di conformità alle  
Direttive/Regolamenti applicabili

- copia della dichiarazione e certificazione di conformità alla norma EN 60601-1 e relative particolari, ove applicabile
- dichiarazione che tutti i materiali forniti sono privi di lattice