

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 4 – OFTALMOSCOPIO DIRETTO

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO

Oftalmoscopio per gli ambulatori specialistici dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

- manico con funzionamento a batteria
- adatto a pupille piccole non dilatate
- lenti da -20 a +20D.
- Completo di: astuccio
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

MATERIALE DI CONSUMO

La ditta dovrà indicare chiaramente se e quale materiale di consumo sia necessario e se questo sia dedicato. L'offerta economica dovrà essere comprensiva della quotazione di tutto il materiale di consumo dedicato/esclusivo e non dedicato.

REQUISITI NORMATIVI

Dovranno inoltre essere forniti:

- | | | |
|---|--|--|
| - | Direttive/Regolamenti applicabili | copia della dichiarazione di conformità alle |
| - | conformità alla norma EN 60601-1 e relative particolari, ove applicabile | copia della dichiarazione e certificazione di |
| - | privi di lattice | dichiarazione che tutti i materiali forniti sono |