

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 6 – ECOTOMOGRFO PALMARE

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO

Ecotomografo palmare per gli ambulatori specialistici e degenze OSCO dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna, che consentano ampia affidabilità, immagini ad elevata definizione del flusso ematico, facilità d'uso per gli operatori, elevata ergonomia, con garanzia di massima sicurezza per operatori e pazienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

- Ecotomografo palmare (sonda + dispositivo/tablet) con sonda lineare completo di connettività DICOM, custodia, e tutti gli accessori necessari per l'utilizzo previsto;
- l'ecografo dovrà essere fornito in configurazione di base di monitor di visualizzazione integrato o esterno (indicativamente da 8");
- fornito in configurazione di base di trasduttore lineare per il supporto a prelievi ecoguidati;
- l'ecografo sarà fornito in configurazione di base della più completa dotazione SW (ove applicabile sia per sistemi operativi Android che per iOS);
- sonda ecografica WIRED.
- Dovrà essere disponibile e quotata nel listino anche sonda convex.
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

MATERIALE DI CONSUMO

La ditta dovrà indicare chiaramente se e quale materiale di consumo sia necessario e se questo sia dedicato. L'offerta economica dovrà essere comprensiva della quotazione di tutto il materiale di consumo dedicato/esclusivo e non dedicato.

REQUISITI NORMATIVI

Dovranno inoltre essere forniti:

-

Direttive/Regolamenti applicabili

copia della dichiarazione di conformità alle

- copia della dichiarazione e certificazione di conformità alla norma EN 60601-1 e relative particolari, ove applicabile
- dichiarazione che tutti i materiali forniti sono privi di lattice