

## **Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

### **LOTTO 7 – PODOSCOPIO**

#### **DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO**

Podoscopio da collocare presso gli ambulatori di riabilitazione dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA**

- Struttura robusta che garantisca la massima solidità e sicurezza
- Piano di appoggio del piede in materiale trasparente che garantisca la necessaria visibilità ma al contempo la massima solidità e sicurezza
- Specchio inclinato a 45° sottostante al piano di appoggio
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni del piano di appoggio non inferiore a 400x400mm
- Carico massimo non inferiore a 130 kg
- Guida con goniometro in materiale trasparente (es: plexiglass)
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**

#### **MATERIALE DI CONSUMO**

La ditta dovrà indicare chiaramente se e quale materiale di consumo sia necessario e se questo sia dedicato. L'offerta economica dovrà essere comprensiva della quotazione di tutto il materiale di consumo dedicato/esclusivo e non dedicato.

#### **REQUISITI NORMATIVI**

Dovranno inoltre essere forniti:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| - | Direttive/Regolamenti applicabili  | copia della dichiarazione di conformità alle     |
| - | conformità alla norma EN 60601-1 e relative particolari, ove applicabile | copia della dichiarazione e certificazione di    |
| - | privi di lattice   | dichiarazione che tutti i materiali forniti sono |