

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 8 – CICLOERGOMETRO

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO

Cicloergometro per allenamento arti superiori in modalità attiva, passiva e assistita da collocare presso gli ambulatori di riabilitazione dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

- Struttura robusta e regolabile in altezza;
- Dotato di maniglia e ruote integrate per facilitarne lo spostamento;
- Idonea all'utilizzo anche con pazienti obesi. Peso garantito del paziente almeno 135 kg. Statura del paziente garantita compresa almeno tra 140 cm e 200 cm;
- Display almeno da 7" per visualizzazione e impostazione dei parametri;
- Impostazione dei seguenti parametri: incremento numero di giri in modalità passiva, incremento della resistenza in modalità attiva, inversione di marcia;
- Velocità massima fino a 60 giri al minuto;
- Disponibilità di protocolli liberi e impostabili e di protocolli preconfigurati;
- Completo dei seguenti accessori:
 - manicotti contenimento mani
 - regolazione del raggio
 - pulsante stop di emergenza
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

MATERIALE DI CONSUMO

La ditta dovrà indicare chiaramente se e quale materiale di consumo sia necessario e se questo sia dedicato. L'offerta economica dovrà essere comprensiva della quotazione di tutto il materiale di consumo dedicato/esclusivo e non dedicato.

REQUISITI NORMATIVI

Dovranno inoltre essere forniti:

- | | | |
|---|--|--|
| - | Direttive/Regolamenti applicabili | copia della dichiarazione di conformità alle |
| - | conformità alla norma EN 60601-1 e relative particolari, ove applicabile | copia della dichiarazione e certificazione di |
| - | privi di lattice | dichiarazione che tutti i materiali forniti sono |