

Quesito 1:

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere quanto segue:

1) Si chiede cortesemente di poter ricevere le planimetrie corrette, conformemente alle indicazioni riportate a pagina 3 del Capitolato Speciale, in formato .dwg.

Si segnala, infatti, che le planimetrie attualmente presenti nella documentazione di gara non risultano corrispondenti ai siti indicati nel Capitolato Speciale.

Si richiede, pertanto, la trasmissione della documentazione aggiornata e corretta, al fine di consentire una corretta predisposizione dell'offerta.

2) Capitolato tecnico – art. 5 Modalità di consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature.

All'articolo 5 è indicato "La consegna, il montaggio e l'installazione delle apparecchiature dovranno essere effettuati a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ordine da parte dell'Azienda USL e AZIENDA OSPEDALIERA. Si precisa che, come data di installazione delle apparecchiature, si intende la data a partire dalla quale le stesse apparecchiature risultano in grado di funzionare correttamente."

Vi chiediamo di voler confermare che i 45 giorni solari sopra indicati decorrono dal termine dei lavori propedeutici all'installazione delle sale diagnostiche e non dall'emissione dell'ordine.

Risposta 1

1) vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER:**

2) dall'emissione dell'ordine

Quesito:

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) Si richiede di ricevere la seguente documentazione tecnica per ciascun sito di installazione:

- Si richiede di ricevere gli elaborati grafici relativi alle strutture in carpenteria metallica attualmente installata a soffitto, a sostegno dell'attuale apparecchiatura;

-Si richiede di ricevere i progetti di installazione delle apparecchiature attualmente in esercizio;

-Si richiede di ricevere gli elaborati as-built impiantistici

2) Data l'entità degli interventi, si chiede cortesemente di confermare che la non superabilità dell'importo a base d'asta sia da intendersi riferito all'importo complessivo e non ai singoli importi riportati nel Disciplinare di Gara, art. 3 pag. 10

3) Per ciascun sito di installazione, relativamente alla protezionistica anti-X esistente, si chiede di conoscere:

-spessori e altezze della protezionistica anti-X esistente (a parete, a soffitto, a pavimento);

-spessore della protezionistica su porte e visiva;

-spessori e consistenza/tipologia delle pareti e delle solette (pavimento e soffitto) in sala esame;
al fine di una corretta valutazione proteximetrica si chiede di conoscere infine il carico di lavoro;

Risposta

1)Quanto disponibile, è presente nella documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **SU piattaforma SATER**

2) Su indicazione dell'Azienda Committente e a rettifica di quanto pubblicato, si comunica che gli importi relativi alle singole voci di cui si compone la fornitura sono da intendersi

indicativi, mentre deve intendersi non superabile l'importo complessivo messo a base d'asta.

3) vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti su piattaforma SATER:

Quesito 1:

Si chiede gentilmente di confermare che per la richiesta del paragrafo 16 c del Disciplinare il riferimento all'Allegato A1 trattasi di refuso poiché quest'ultimo sembrerebbe relativo ai requisiti di minima. Si chiede invece di confermare che il documento/tabella di riferimento su cui produrre la Relazione tecnica sui requisiti qualitativi sia in realtà la tabella riportata al paragrafo 18.1 del Disciplinare.

Risposta 1

Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara che prevede la presentazione della documentazione ivi indicata.

Quesito 1:

1) Si chiede di confermare che tutte le apparecchiature oggetto dell'appalto debbano essere nuove di fabbrica e in particolare anche le strutture dedicate ai binari che sono parte integrante delle apparecchiature stesse.

Risposta 1

Si conferma che devono essere nuove di fabbrica

Quesito 2:

In relazione all' Art. 2) Disinstallazione/ smaltimento / lavori di installazione del capitolato Speciale, si richiede se i sistemi radiologici fissi polifunzionali presenti nelle sale oggetto di installazione possano essere sottoposti a smontaggio conservativo in luogo di smontaggio non conservativo e successivo smaltimento.

Risposta 2:

Non si dispone di locale di stoccaggio, per cui devono essere disinstallati, ritirati e smaltiti

Quesito 3

Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, alla tabella riportata a pagina 11 del disciplinare/documentazione di gara, si rileva che l'importo complessivo della fornitura è indicato in € 800.480,00 IVA esclusa, suddiviso come segue:

- fornitura di n. 4 sistemi radiologici digitali: € 740.000,00;
- Oneri di progettazione: € 4.480,00;
- lavori di adeguamento: € 40.000,00;
- lavori di disinstallazione e smaltimento: € 16.000,00;

Al riguardo, si chiede di confermare:

se gli importi indicati per le singole voci costituiscano basi economiche vincolanti e non superabili singolarmente, oppure se l'operatore economico possa formulare un'offerta con una diversa

distribuzione degli importi tra le varie prestazioni, fermo restando il non superamento dell'importo complessivo posto a base di gara

Risposta 3 . Su indicazione dell'Azienda Committente e a rettifica di quanto pubblicato, si comunica che gli importi relativi alle singole voci di cui si compone la fornitura sono da intendersi indicativi, mentre deve intendersi non superabile l'importo complessivo messo a base d'asta

Quesito 1:

in riferimento alle specifiche contenute nella documentazione di gara e al sopralluogo effettuato, siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimenti e di informazioni per ogni sito oggetto di gara:

1.Si chiede di fornire l'esecutivo di installazione completo relativo alle apparecchiature attualmente installate nei locali oggetto di intervento.

Risposta 1:

Non disponibili, quanto disponibile è vedi allegato a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER**:

Quesito 2:

Si chiede di fornire elaborati as-built dell'impianto elettrico legato al sistema radiologico esistente comprendenti planimetria della distribuzione terminale, ubicazione dei dispositivi di sicurezza (lampade RX, pulsanti di sgancio emergenza, contatti magnetici porte) e lo schema del quadro elettrico apparecchiatura esistente.

Risposta 2:

Quanto disponibile è stato fornito negli as-built; vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER**

Quesito 3

Confermare che gli importi indicati possano essere singolarmente superabili, fermo restando il rispetto dell'importo complessivo previsto a base d'asta.

Risposta 3:

Su indicazione dell'Azienda Committente e a rettifica di quanto pubblicato, si comunica che gli importi relativi alle singole voci di cui si compone la fornitura sono da intendersi indicativi, mentre deve intendersi non superabile l'importo complessivo messo a base d'asta

Quesito 4:

Confermare che il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione siano a carico della Stazione Appaltante.

Risposta 4:

Si conferma.

Quesito 5:

Si chiede di fornire gli elaborati strutturali (pianta e sezione), possibilmente in formato dwg, e le caratteristiche del solaio di pavimento e di soffitto del piano oggetto di intervento (tipologia e spessori del sottofondo), unitamente alla loro composizione e all'eventuale presenza di rinforzi strutturali e strutture di sospensione già realizzate. Per quest'ultimi si chiede di specificare dimensioni e caratteristiche.

Risposta 5: Vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER**:

Quesito 6:

Per procedere con la verifica proteximetrica, si chiede di:

- indicare eventuali prescrizioni di minima da parte dall'Esperto di Radioprotezione dell'ASL;
- indicare le protezioni anti-x esistenti (parete e relativa altezza, serramenti, pavimento e soffitto) delle sale esami;
- fornire il carico di lavoro (n. pazienti/giorno) delle sale esami e il fattore di occupazione dei locali confinanti (compresi quelli sovrastanti e sottostanti);
- specificare la composizione delle pareti e dei solai inferiore e superiore delle sale esami.

Risposta 6:

vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER**.

Quesito 7. Confermare che la consegna, il montaggio e l'installazione dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati a cura ed a carico della Ditta Aggiudicataria entro e non oltre i 45 giorni solari dall'effettiva data di disponibilità dei locali e non dall'ordine.

Risposta 7:

Dall'ordine per singolo sito, se successivamente all'ordine i locali non saranno disponibili per motivi clinici-organizzativi imprevisti, verrà data comunicazione e concordato nuovo cronoprogramma.

Quesito 8. Si chiede di fornire il dato relativo alla potenza frigorifera degli impianti di climatizzazione a servizio delle sale radiologiche

Risposta 8:

Quanto disponibile è nella documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER**.

Quesito 9. Si chiede di fornire gli elaborati as built dell'impianto di distribuzione aria e di climatizzazione relativi alle aree oggetto dell'intervento.

Risposta 9:

Quanto disponibile è nella documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER**.

Quesito 10. Si chiede di fornire il dato relativo al carico termico generato dalle apparecchiature radiologiche attualmente installate all'interno delle sale XR

Risposta 10:

Non disponibile. Si tratta di radiologici standard, per cui il dato richiesto, se necessario, in fase di sopralluogo andava desunto dal dato di targa del tubo e di relativi componenti del sistema presenti. Si forniscono in ogni caso i modelli dei sistemi presenti nella documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER.**

Quesito 11. Con riferimento alla gara di cui all'oggetto e alla complessità del progetto, chiediamo di voler concedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta di almeno tre settimane, onde permetterci di potervi presentare un progetto di offerta consono alle Vs. richieste ed esigenze. Contestualmente, chiediamo una congrua proroga del termine ultimo dell'invio dei chiarimenti.

Risposta 11:

Ai sensi dell'art. 92 del Dlgs. 36/2023 non si ravvisano al momento o motivazioni sufficienti per la proroga dei termini.

Quesito 12. Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione.

Risposta 12:

Si conferma

Quesito 13. Tutta la documentazione viene richiesta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana. Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall'italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale.

Risposta 13:

Si conferma

Quesito 14. Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta

Risposta 14:

Si conferma

Quesito 15. Si chiede di confermare se l'"Allegato 10 - Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)" debba essere obbligatoriamente compilato e presentato in sede di gara oppure se, in tale fase, sia sufficiente la sola sottoscrizione per presa visione, rinviando la compilazione e la sottoscrizione integrale alla fase di aggiudicazione.

Risposta 15:

Il DUVRI deve essere obbligatoriamente compilato e firmato digitalmente.

Quesito 16. Si chiede di precisare le modalità di presentazione e caricamento del file demo richiesto.

Qualora il file debba essere caricato sulla piattaforma telematica, tenuto conto dei limiti di capienza della stessa indicati nella documentazione di gara, si chiede di confermare la possibilità di trasmettere le immagini cliniche mediante supporto digitale fisico (ad esempio chiavetta USB e/o CD/DVD), da recapitare alla Stazione Appaltante entro il termine previsto per la presentazione delle offerte.

Si richiede, altresì, di indicare l'indirizzo di consegna, le modalità di trasmissione e ogni ulteriore prescrizione operativa necessaria ai fini della corretta presentazione della documentazione.

Risposta 16:

NON SI CONFERMA; qualora superiore ai 100 MB, limite massimo previsto dal PAD, le ditte possono dividere in due o più parti la demo e zipparle, una parte andrà caricata nell'apposita sezione e la seconda parte dovrà nel caso essere caricata in altri slot della sezione documentazione tecnica, dando evidenza dove la ditta ha inteso caricare la demo complessiva.

Quesito 17. Si chiede di confermare che i documenti "Capitolato Speciale", "Allegato 3 - Schema di contratto", "Allegato 4 - Patto di Integrità" e "Allegato 8 - Istruzioni per il Responsabile del Trattamento_REW_2026" debbano essere prodotti esclusivamente sottoscritti per accettazione, senza necessità di ulteriori compilazioni o integrazioni da parte dell'operatore economico.

Risposta 17:

Si conferma

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede cortesemente:

Quesito:1 Caratteristiche dettagliate (spessore e altezza) della piombatura esistente nelle sale radiologiche oggetto di gara, comprese porte e visive;

Risposta 1:

vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER.**

Quesito: 2 Nel caso la piombatura esistente in ciascuna sala oggetto di gara risultasse non idonea, si chiede se l'integrazione e/o sostituzione ricade a carico dell'Ente appaltante;

Risposta 2:

trattasi di un chiavi in mano, eventuali adeguamenti sono a carico dell'offerente

Quesito 3: Dovendo realizzare piccoli tratti di canalizzazione a pavimento, si chiede se sarà possibile eseguire il rifacimento parziale del rivestimento dei suddetti tratti o se sarà necessario sostituire integralmente il rivestimento del pavimento in ciascuna sala;

Risposta 3

Dipende dal livello di esecuzione e di finitura

Quesito 4) Dovendo aggiungere in ciascuna sala un nuovo quadro elettrico dedicato alla nuova apparecchiatura, si chiede conferma che l'Ente appaltante provveda a proprio carico alla posa di adeguati cavi di alimentazione fino ai suddetti quadri elettrici;

Risposta 4:

si conferma

Quesito 5) Copia delle relazioni statiche e relativi progetti delle strutture esistenti a sostegno dei pensili;

Risposta 5:

vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER.**

Quesito 6) Copia dei progetti as-built dello stato di fatto delle sale di radiologia oggetto di gara;

Risposta 6

vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti **su piattaforma SATER.**