



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0001292

DATA: 04/06/2025 11:25

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in Service di sistemi diagnostici per esami emocromocitometrici e la determinazione della VES per l'Area Vasta Emilia Centro e per l'Azienda Usl della Romagna Approvazione parziale modifica documentazione di gara

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it; collegio.sindacale@ospfe.it; collegio.sindacale@auslfe.it

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001292_2025_determina_firmata.pdf	Crugliano Antonia	1ECF938C448E991C4AD02DD42AAC69 D4CE78CCA40F69B35372A671AB3CB71B8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Procedura aperta per la fornitura in Service di sistemi diagnostici per esami emocromocitometrici e la determinazione della VES per l'Area Vasta Emilia Centro e per l'Azienda Usl della Romagna Approvazione parziale modifica documentazione di gara

## **IL DIRETTORE**

Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell'Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022;

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;


Richiamata la deliberazione n.404 dell'8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV;

Vista la nuova convenzione disciplinante il SAAV debitamente sottoscritta dai Direttori Generali delle citate Aziende Sanitarie, come da nota prot.n.12321 del 30 gennaio 2024 e approvata con atto deliberativo dell'Azienda Usl di Bologna n.62 del 12 febbraio 2024;

Premesso che le strutture, le funzioni e le attività assistenziali del servizio sanitario regionale, assicurano la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e che la Regione Emilia-Romagna attraverso le Aziende Sanitarie assicura livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

Richiamata la determinazione n. 792 del 02/04/2025 adottata dal Direttore del Servizio Acquisti di Area Vasta, con la quale si è provveduto all'indizione della procedura di gara:





- procedura aperta fornitura in “Service di sistemi diagnostici per esami emocromocitometrici e la determinazione della VES per l’Area Vasta Emilia Centro e per l’Azienda Usl della Romagna”, della durata di 6 (sei) anni eventualmente rinnovabile di ulteriori 3 (tre) anni anche singolarmente considerati, per un importo complessivo per 6 (sei) anni di € 20.043.180,00 di cui € 18.180,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa;
- scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.71 del D.lgs 36/2023, criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (80/20) ai sensi dell’art.108, del D.lgs 36/2023;

Viste le richieste di alcuni Operatori Economici di chiarimenti;

Considerato che per i quesiti richiesti dagli Operatori Economici è stato necessario interpellare il Gruppo di lavoro;

Rilevato che il Gruppo di lavoro ha ritenuto di accogliere le richieste integrando e modificando quanto segue:

#### QUESITO

Nell’Allegato C, Tabella A Attività analitica annua, viene indicato il carico di lavoro complessivo per il presidio di Cona settore routine e urgenze. Si chiede di esplicitare il carico di lavoro che verrà effettuato in ogni singolo settore indicato sempre nell’Allegato C, tabella C strumentazione minima richiesta: Cona routine, Cona urgenze e Cona piano -1.

#### RISPOSTA

Si può considerare indicativamente la seguente suddivisione:

Emocromo: 395.866 (Cona Routine), 98.785 (Cona Urgenze)

Reticolociti: 8.458 (Cona Routine), 109 (Cona Urgenze)

Liquor: 253 (Cona Routine), 101 (Cona Urgenze)

Versamenti articolari/liquidi biologici: 1.399 (Cona Routine), 205 (Cona Urgenze)

VES (richiedibile solo in routine): 53.677 (Cona Routine)

#### QUESITO

I programmi VEQ sono molto differenti tra le aziende che li distribuiscono e costituiscono un costo non marginale. Si chiede pertanto di chiarire fin d’ora quale VEQ verrà ritenuta idonea ai fini di prevedere correttamente i costi di fornitura ed in modo di rendere omogenee le varie offerte delle ditte concorrenti.

#### RISPOSTA





Si comunica che i fornitori per i programmi VEQ scelti dalle aziende appaltanti sono

- per l'ematologia (parametri ematologici e morfologia): UKNEQAS per tutte le Aziende appaltanti
- per le VES : CSCQ per AUSL della Romagna; per Bologna e Ferrara ONEWORLD ACCURACY

Durante l'esecuzione del contratto le Aziende Appaltanti si riservano la possibilità di scegliere altri fornitori.

#### QUESITO

Nell'Allegato A punto A 0-9 viene riportato che , La Ditta aggiudicataria deve essere in grado di proporre un materiale per i Controlli di Qualità interni (CQI) di terza parte per tutti i parametri refertati. Gli analizzatori ematologici prodotti da differenti aziende producono parametri refertabili di cui sono " proprietari". Le aziende di parte terza specializzate nella produzione di materiale per il Controllo di Qualità, si limitano a prodotti in grado di soddisfare i principali parametri di emocromo con formula, reticolociti e body fluid ma non l'insieme di tutti i parametri refertabili. Si chiede pertanto di poter offrire Controlli di Qualità di parte terza in grado di coprire l'emocromo con formula, reticolociti e body fluid coadiuvati da controlli di Qualità specifici della strumentazione offerta al fine di coprire tutti i parametri refertabili.

#### RISPOSTA

La Ditta aggiudicataria deve essere in grado di proporre un materiale per i CQI per tutti i parametri refertati elencati nel requisito indispensabile A 3-5 o almeno per più del 90% di questi.

Rimane il fatto che come descritto nel requisito A 0-9 la scelta di questi materiali sarà a discrezione delle Aziende Sanitarie.

Preso atto che le suddette modifiche si rendono necessarie anche in ossequio ai principi della concorrenza, massima partecipazione, parità di condizioni, pubblicità, trasparenza;

Dato atto che in seguito a quanto sopra esposto verrà data comunicazione sul portale Sater di Intercenter, dove si sta svolgendo la procedura di gara, e sul profilo del committente di questa Azienda USL;


Viste le funzioni unificate del SAAV;

#### **Determina**

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1) di approvare parzialmente alcune modifiche alla documentazione di gara, relativamente alla procedura fornitura in "Service di sistemi diagnostici per esami emocromocitometrici e la determinazione della VES per l'Area Vasta Emilia Centro e per l'Azienda Usl della Romagna", come segue:





#### QUESITO

Nell'Allegato C, Tabella A Attività analitica annua, viene indicato il carico di lavoro complessivo per il presidio di Cona settore routine e urgenze. Si chiede di esplicitare il carico di lavoro che verrà effettuato in ogni singolo settore indicato sempre nell'Allegato C, tabella C strumentazione minima richiesta: Cona routine, Cona urgenze e Cona piano -1.

#### RISPOSTA

Si può considerare indicativamente la seguente suddivisione:

Emocromo: 395.866 (Cona Routine), 98.785 (Cona Urgenze)

Reticolociti: 8.458 (Cona Routine), 109 (Cona Urgenze)

Liquor: 253 (Cona Routine), 101 (Cona Urgenze)

Versamenti articolari/liquidi biologici: 1.399 (Cona Routine), 205 (Cona Urgenze)

VES ( richiedibile solo in routine): 53.677 (Cona Routine)

#### QUESITO

I programmi VEQ sono molto differenti tra le aziende che li distribuiscono e costituiscono un costo non marginale. Si chiede pertanto di chiarire fin d'ora quale VEQ verrà ritenuta idonea ai fini di prevedere correttamente i costi di fornitura ed in modo di rendere omogenee le varie offerte delle ditte concorrenti.

#### RISPOSTA

Si comunica che i fornitori per i programmi VEQ scelti dalle aziende appaltanti sono

- per l'ematologia (parametri ematologici e morfologia): UKNEQAS per tutte le Aziende appaltanti
- per le VES : CSCQ per AUSL della Romagna; per Bologna e Ferrara ONEWORLD ACCURACY


Durante l'esecuzione del contratto le Aziende Appaltanti si riservano la possibilità di scegliere altri fornitori.

#### QUESITO

Nell'Allegato A punto A 0-9 viene riportato che , La Ditta aggiudicataria deve essere in grado di proporre un materiale per i Controlli di Qualità interni (CQI) di terza parte per tutti i parametri refertati. Gli analizzatori ematologici prodotti da differenti aziende producono parametri refertabili di cui sono " proprietari". Le aziende di parte terza specializzate nella produzione di materiale per il Controllo di Qualità, si limitano a prodotti in grado di soddisfare i principali parametri di emocromo con formula, reticolociti e body fluid ma non l'insieme di tutti i parametri refertabili. Si chiede pertanto di poter offrire Controlli di Qualità di parte terza in grado di coprire l'emocromo con formula, reticolociti e body fluid coadiuvati da controlli di Qualità specifici della strumentazione offerta al fine di coprire tutti i parametri refertabili.

#### RISPOSTA





La Ditta aggiudicataria deve essere in grado di proporre un materiale per i CQI per tutti i parametri refertati elencati nel requisito indispensabile A 3-5 o almeno per più del 90% di questi.

Rimane il fatto che come descritto nel requisito A 0-9 la scelta di questi materiali sarà a discrezione delle Aziende Sanitarie.

2) di pubblicare sia sul profilo del committente dell'Azienda USL di Bologna sia su Piattaforma SATER le suddette variazioni, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta;

3) di dare atto che il redattore del presente atto è la sig.ra Patrizia Raspa assistente amministrativo del SAAV;

4) di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi del D.lgs 36/2023 e sull'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Anna Maria Testa

Firmato digitalmente da:  
Antonia Crugliano

