



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0002092

DATA: 23/09/2025 11:19

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA QUADRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SIRINGHE INDICATE PER INFUSIONE EV CON POMPE A SIRINGA DI PROPRIETA', PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE IN AVEC. PI 388300-25 - RETTIFICA ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ior.it; collegiorevisori@ausl.imola.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0002092_2025_determina_firmata.pdf	Crugliano Antonia	3EA87006190338C489A7E53D1738F5F0A1D4452DCF3953B9947DC5047B8833D2
DETE0002092_2025_Allegato1.pdf:		7C5980CFEFC487296A583D3BC931FB51661E7D67CA2A080035AED6637756F384



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA QUADRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SIRINGHE INDICATE PER INFUSIONE EV CON POMPE A SIRINGA DI PROPRIETA', PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE IN AVEC. PI 388300-25 - RETTIFICA ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

## **IL DIRETTORE**

ta la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell'Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022;

Considerato che, con le sopra citate delibere, sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;

Richiamata la delibera n.404 del 08.11.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV;

Vista la nuova convenzione disciplinante il SAAV debitamente sottoscritta dai Direttori Generali delle citate Aziende Sanitarie, come da nota prot. n.12321 del 30 gennaio 2024 ed approvata con atto deliberativo dell'Azienda Usl di Bologna n. 62 del 12 febbraio 2024;

Premesso che le strutture, le funzioni e le attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale assicurano la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e che la Regione Emilia-Romagna attraverso le Aziende Sanitarie assicura livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

Premesso che con determinazione n. 1927 del 27/08/25 è stata indetta la Procedura Aperta per la fornitura di Siringhe indicate per infusione EV con pompe a siringa di proprietà per esigenze delle aziende sanitarie afferenti l'AVEC (Area Vasta Emilia Centrale) in particolare per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda





Ospedaliero Universitaria di Bologna, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, l'Azienda USL di Imola, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara; composta da 2 lotti,, con scadenza per la presentazione delle offerte 10/10/2025;

Preso atto che, su piattaforma Sater, un Operatore Economico interessato alla partecipazione ha formulato il seguente chiarimento:

Quesito PI 414262-25 rettificato con PI 419459-25

dove, dopo una lunga dissertazione, la ditta conclude::

*"Alla luce di quanto sopra richiediamo l'urgente modifica del Capitolato, a) ammettendo offerte relative a siringhe non presenti nei manuali d'uso delle pompe ma assolutamente compatibili con le stesse per via delle loro caratteristiche e dimensioni; b) dando la possibilità di comprovare la compatibilità delle siringhe offerte con le pompe mediante altro documento (es. report di laboratorio attestante la compatibilità delle siringhe con le pompe in commercio) e c) stralciando la richiesta che la comprova della compatibilità delle siringhe sia desumibile dalla documentazione tecnica della pompa (manuale d'uso); d) in ogni caso, ammettendo che la compatibilità dei prodotti, ove non desumibile dal Manuale d'uso del produttore, possa essere comprovata mediante dichiarazione di equivalenza del costruttore delle siringhe, la quale attesti che la siringa è sostitutiva, compatibile e funzionalmente equivalente ad un modello già presente nel menù delle pompe e nei corrispondenti Manuali d'uso."*

Atteso che, nel Capitolato speciale d'appalto viene stabilito all'Art.4) Conformità dei prodotti:

**I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto nell'Allegato 1) al Capitolato Speciale "Caratteristiche Tecniche generali" e dovranno essere compatibili con tutte le pompe contenute nell'elenco di cui all'Allegato 2) "Elenco pompe di proprietà delle Aziende Sanitarie", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.**


**La suddetta compatibilità deve essere desumibile da documentazione tecnica della pompa (manuale d'uso).**

**La compatibilità tecnica è imposta affinché costruzione, materiali e caratteristiche delle siringhe garantiscano alle stesse di essere riconosciute e di funzionare e interagire correttamente con tutte le diverse pompe di infusione di destinazione, senza generare problemi, conflitti o malfunzionamenti.**

Preso atto che il gruppo di lavoro, interpellato in merito ha affermato che:

**La compatibilità deve essere desumibile dal Manuale d'Uso della pompa di infusione (Istruzioni per l'Uso – IFU) o da ESPLICITA Dichiarazione di Equivalenza del Costruttore delle siringhe (firmata digitalmente) che attesti che la siringa proposta è sostitutiva, compatibile e funzionalmente equivalente (in altre parole "identica") ad un modello già presente nel menù delle pompe e o nei**





**corrispondenti manuali d'uso. In questo ultimo caso l'offerente deve inoltre presentare una Dichiarazione per Assunzione di Responsabilità relativa al funzionamento della citata siringa (firmata digitalmente).**

Ritenuto, pertanto, di modificare e integrare il Capitolato Speciale e i documenti di gara (All.1 Caratteristiche Tecniche della fornitura) su Piattaforma Sater, nelle parti relative ai documenti tecnici da presentare da cui è desumibile la compatibilità, anche nell'ottica del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in tema di appalti pubblici;

Evidenziato che è interesse dell'Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare la massima partecipazione alla gara;

Considerato quindi opportuno procedere alla variazione suddetta, al fine di individuare il dispositivo e consentire una maggiore partecipazione delle Aziende alla gara;

Considerato inoltre necessario pubblicare la suddetta variazione, per consentire agli operatori economici di tenere conto della stessa ai fini della formulazione dell'offerta

### **Determina**

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:


1.di modificare, nell'ambito della gara indetta per la fornitura quadriennale in lotti separati di siringhe indicate per infusione EV con pompe a siringa di proprietà per le esigenze delle Aziende AVEC, il Capitolato speciale d'appalto e i documenti di gara a corredo (All.1 Caratteristiche Tecniche della fornitura), nel seguente modo:

**La compatibilità deve essere desumibile dal Manuale d'Uso della pompa di infusione (Istruzioni per l'Uso – IFU) o da ESPLICITA Dichiarazione di Equivalenza del Costruttore delle siringhe (firmata digitalmente) che attesti che la siringa proposta è sostitutiva, compatibile e funzionalmente equivalente (in altre parole "identica") ad un modello già presente nel menù delle pompe e o nei corrispondenti manuali d'uso. In questo ultimo caso l'offerente deve inoltre presentare una Dichiarazione per Assunzione di Responsabilità relativa al funzionamento della citata siringa (firmata digitalmente);**

2.di dare atto che il Responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento (RUPA) è la Dott.ssa Anna Maria Testa, Dirigente del Servizio Acquisti Area Vasta;

3.di dare inoltre atto che il redattore del presente atto è la Dott.ssa Fabia Spinozzi, quale Collaboratore Amministrativo Professionale Senior del SAAV;





4.di dare altresì atto che, ai sensi dell'art.28 del D.lgs. 36/2023, il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna sia sulla piattaforma Sater;

5.di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Anna Maria Testa

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano



	<b>L'APPALTO DI FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SIRINGHE PER INFUSIONE EV CON POMPE A SIRINGA DI PROPRIETA', PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE USL DI BOLOGNA E IMOLA, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E DELL'ISTITUTO</b>
	<b>ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA</b>
<b>LOTT O</b>	<b>DESCRIZIONI PRODOTTI</b>
<b>1</b>	<b>SIRINGA PER INFUSIONE EV CON POMPE A SIRINGA, 50/60 ml TRASPARENTE</b> Luer Lock. Monouso, sterile. Priva di lattice. Priva di ftalati. Compatibilità con tutte le pompe elencate nell'Allegato 2) al Capitolato Speciale - "Elenco pompe di proprietà delle Aziende Sanitarie".
<b>2</b>	<b>SIRINGA PER INFUSIONE EV CON POMPE A SIRINGA, 50/60 ml OPACO-AMBRATA</b> Luer Lock. Monouso, sterile. Priva di lattice. Priva di ftalati. Compatibilità con tutte le pompe elencate nell'Allegato 2) al Capitolato Speciale - "Elenco pompe di proprietà delle Aziende Sanitarie".